

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21

E-mail: sue_polio@chumakovs.su

<http://www.chumakovs.ru>

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/775101001

04 окт 2019 г. № 04/1

На № _____ от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке производственного
оборудования

От:
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений (повторно)

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуру закупки производственного оборудования для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – будет определен в зависимости от начальной максимальной цены.

Просим предоставить информацию о стоимости производственного оборудования.

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и стоимость каждой единицы Товара. **Рекомендуем для предоставления коммерческого предложения воспользоваться Таблицей № 1. В стоимость Товара включены все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/изготовление Товара; доставка до производственных помещений Заказчика; погрузочно/разгрузочные работы; шефмонтаж, пусконаладочные работы, обучение сотрудников Заказчика, расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара и выполнением Работ.**

Поставка Товара включает в себя:

- Приобретение/изготовление Товара. Товар должен быть новым, ранее не использованным. - Дата изготовления не ранее 2019 года;
- Доставка Товара в адрес Заказчика (осуществляется силами и средствами Поставщика);
- Погрузочно-разгрузочные работы (осуществляются силами и средствами Поставщика);
- шефмонтаж, пусконаладочные работы;
- обучение сотрудников Заказчика;
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением, монтажом, пусконаладочными работами, вводом в эксплуатацию Товара.
- Гарантийный срок не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания акта шефмонтажа, пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию Товара.

Таблица № 1

№	Оборудование	Количество, комплект	Стоимость, за единицу Товара с НДС (с указанием валюты)	Срок поставки (календарных дней)
1.	Генератор фармацевтического пара	1		

Основные характеристики Товара предоставлены в Приложениях №1.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: сентябрь 2019 г.

Срок поставки каждой единицы Товара рекомендуется указать в коммерческом предложении в календарных днях. Срок поставки должен включать в себя шефмонтаж, пусконаладочные работы, обучение сотрудников Заказчика.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется за фактически поставленный Товар в размере 100% от стоимости Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной, Акта шефмонтажа, пусконаладочных работ, обучения сотрудников Заказчика, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответы должны быть поданы с «07» сентября 2019 г. по «10» сентября 2019 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник вправе предоставить информацию, отражение которой в Технической документации или проекте договора было бы желательно.

Рекомендуем при подаче заявок ссылаться на номер запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании содержания и объема Товара просим сообщить Заказчику.

Возможна поставка Товара эквивалентного указанному, при условии полного соответствия с предложенным описанием.

Первый заместитель генерального директора
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»


Афонин А.Ю.

№ п.п.	Оборудование, технические характеристики, требования*	Требования
1	Генератор фармацевтического пара	1 комплект
	Дата изготовления Товара	Не ранее 01 января 2019 года
	Получение фармацевтического пара	Наличие
	Габаритные размеры: Ширина не более 1900 мм Длина не более 1900 мм Высота не более 4100 мм	Соответствие
	Производительность 0÷4300 (не менее) кг пара в час при регулируемом давлении пара 2-5 кг/см ²	Соответствие
	Конструкция: <ul style="list-style-type: none"> • из нержавеющей стали разрешенной к применению в РФ в системах фармацевтического производства • выработка фармацевтического пара осуществляется посредством технического пара • должен иметь блокировку для перехода в ждущий режим в случае прекращения потребления пара • на выходе иметь кондуктометр для проверки пара на электропроводимость • на выходе иметь манометр • на выходе иметь систему контроля производительности парогенератора (в %) • на выходе из парогенератора электропроводность, давление и производительность должны иметь записывающие устройства • устройство записи вышеперечисленных параметров должно осуществляться на бумажном и электронных носителях 	Наличие
	RED-номинальная мощность до 8,6 бар Трехфазная линия, 380-400В, 50Гц.	Соответствие
	Протоколы DQ/IQ/OQ Руководство оператора (на русском языке), паспорт сосудов под давлением, комплект технической документации Сертификаты на сосуды под давлением	Наличие
	Контрольные приборы и датчики должны являться утвержденным типами СИ и внесены в гос. реестр СИ РФ и иметь возможность поверки в РФ	Наличие
	Испытания на заводе-изготовителе (FAT). Шефмонтаж и пусконаладочные работы специалистами Поставщика, имеющими сертификат на проведение данных работ от Производителя или самим Производителем	Наличие
	Валидация специалистами Поставщика, имеющими сертификат на проведение данных работ от Производителя или самим Производителем	Наличие

	Входные и выходные фиксаторы фильтров и смотровые окошки на боковых поверхностях резервуара	Наличие
	Обучение обслуживающего персонала специалистами Поставщика, имеющими сертификат на проведение данных работ от Производителя или самим Производителем	Наличие
	Парогенератор должен полностью удовлетворять всем требованиям ГОСТ Р 20790-93 и ГОСТ Р 52249-2009 в части разделов 1.2 п. III; 3.39÷3.41; 5.11.5; 5.13÷5.15; 5.31÷5.35; 5.40÷5.49	Соответствие