МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29, корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

10.02.2022 № 10/5

На № _____ от _____

Поставщикам, заинтересованным в поставке Товара
От:
Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки расходных материалов для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование поставляемого Товара, модель, каталожный номер, артикул, Товарный знак, Производитель, страна происхождения	Наименование, основные характеристики поставляемого Товара, в случае поставки запасных частей и комплектующих указывается для какого оборудования (модель, серийный номер, производитель, страна происхождения и т.п.) / Показатели эквивалентности	Кол-во, шт.
1.	Клиновой ремень SPA 950	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции ОКК инв. № 00-010526, ОАВ, ОПС, ЦРСУП инв. № 00-010935, 00-011931,00-011935, 00-012357, 00-012201 Ширина bo мм: 12,7 Высота h мм: 10 Внешняя длина La мм: 967 Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм: 950 Внутренняя длина Li мм: 904 Вес кг: 0,1 Минимальный диаметр шкива dw мм: 90	20

		Максимальная линейная скорость Vmax м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	
2.	Клиновой ремень SPA 850	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции ОПЖ, ОКК,ОДП инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085,00-010526, 00-010624 Ширина bo, мм: 12,7 Высота h, мм: 10 Внешняя длина La, мм: 867 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 850 Внутренняя длина Li, мм: 804 Вес, кг: 0,09 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 90 Максимальная линейная скорость Vmax,м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	5
3.	Клиновой ремень SPA 1957	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции ОАВ, ОПС, ЦРСУП инв. № 00-010935, 00-011931,00-011935, 00-012357, 00-012201Ширина bo, мм: 12,7 Высота h, мм: 10 Внешняя длина La, мм: 1974 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 1957 Внутренняя длина Li, мм: 1911 Вес, кг: 0,2 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 90 Максимальная линейная скорость Vmax,м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	12
4.	Клиновой ремень SPA 2120	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142 Ширина bo, мм: 12,7 Высота h, мм: 10 Внешняя длина La, мм: 2137 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 2120 Внутренняя длина Li, мм: 2074 Вес, кг: 0,21 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 90 Максимальная линейная скорость Vmax,м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	32
5.	Клиновой ремень SPB 2500	Предназначен для системы вентиляции мобильного здания инвентарный № 10122000003 Ширина bo, мм: 16,3 Высота h, мм: 13 Внешняя длина La, мм: 2522 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 2500 Внутренняя длина Li, мм: 2440 Вес, кг: 0,45 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 140 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	30
6.	Клиновой ремень SPB 3550	Предназначен для системы вентиляции мобильного здания инвентарный № 10122000003 Ширина bo, мм: 16,3 Высота h, мм: 13 Внешняя длина La, мм: 3572 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 3550 Внутренняя длина Li, мм: 3490 Вес, кг: 0,63 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 140 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	10

7.	Клиновой ремень SPZ 1250	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции ОАВ, ОПС, ЦРСУП инв. № 00-010935, 00-011931,00-011935, 00-012357, 00-012201 Ширина bo, мм: 9,7 Высота h, мм: 8 Внешняя длина La, мм: 1262 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 1250 Внутренняя длина Li, мм: 1212 Вес, кг: 0,09 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 63 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	20
8.	Клиновой ремень SPZ 1462	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142 Ширина bo, мм: 9,7 Высота h, мм: 8 Внешняя длина La, мм: 1474 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 1462 Внутренняя длина Li, мм: 1424 Вес, кг: 0,11 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 63 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	30
9.	Клиновой ремень SPZ 900	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции ОПЖ, ОДП инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085,00-010624 Ширина bo, мм: 9,7 Высота h, мм: 8 Внешняя длина La, мм: 912 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 900 Внутренняя длина Li, мм: 862 Вес, кг: 0,07 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 63 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	5
10.	Клиновой ремень SPZ 2240	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293 Ширина bo, мм: 9,7 Высота h, мм: 8 Внешняя длина La, мм: 2252 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 2240 Внутренняя длина Li, мм: 2202 Вес, кг: 0,16 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 63 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	5
11.	Клиновой ремень SPZ 2120	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции производственного корпуса инв. № 00-000103 Ширина bo, мм: 9,7 Высота h, мм: 8 Внешняя длина La, мм: 2132 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 2120 Внутренняя длина Li, мм: 2082 Вес, кг: 0,15 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 63 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	10

12.	Клиновой ремень SPZ 1700	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201 Ширина bo, мм: 9,7 Высота h, мм: 8 Внешняя длина La, мм: 1712 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 1700 Внутренняя длина Li, мм: 1662 Вес, кг: 0,12 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 63 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	10
13.	Клиновой ремень SPZ 1600	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции производственного корпуса инв. № 00-000103 Ширина bo, мм: 9,7 Высота h, мм: 8 Внешняя длина La, мм: 1612 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 1600 Внутренняя длина Li, мм: 1562 Вес, кг: 0,12 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 63 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	10
14.	Клиновой ремень XPA 1120	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, к приточно-вытяжной вентиляции Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010 Ширина bo, мм: 12,7 Высота h, мм: 9 Внешняя длина La, мм: 1137 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 1120 Внутренняя длина Li, мм: 1080 Вес, кг: 0,13 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 63 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 50 ГОСТ 1284.2-89	50
15.	Подшипниковый узел SY 35 FM	Предназначен для ремонта системы вентиляции ЦРСУП инв. № 00-012357 Подшипниковый узел SY 35 FM. Корпус: SY 507 M Торцевая крышка: ECY 207 Подшипник: YET 207. Внутр. диаметр d [мм] - 35 A [мм] - 45 d2 [мм] - 51,1 Наруж. диаметр D [мм] - 160 Ширина B [мм] - 51,9 ТипСтационарный(узел в сборе) d1 [мм] - 46,1 Уплотнение - стандартные уплотнения Предельная частота вращения [об/мин] - 5300 Номинальная динамическая грузопод-ть Cr [kN] - 25,5 Номинальная статическая грузопод-ть Cor [kN] - 15,3 Предел усталостной прочности Pu [kN] - 0,655 Масса M [кг] - 1.5 J min [мм] - 119 J max [мм] - 133 RG1/4-28 UNF R1 [мм] - 3 Rα - 45° DN [мм] - 6,50 SWN [мм] - 7 GN1/4-28 SAE-LT	4

		B4 [мм] - 6,75 G2 - M10x1 S1 [мм] - 29,4 Рекомендуемый момент затяжки стопорного винта [N*m] - 16,5 L [мм] - 47,6 T [мм] - 160 A5 [мм] - 24,5 A1 [мм] - 45 J [мм] - 93 J6 [мм] - 146 B1 [мм] - 38,9 J7 [мм] - 15,5 N4 [мм] - 4 H2 [мм] - 19 H1 [мм] - 47,6 N [мм] - 5 H [мм] - 93 Материал – Чугун Образец: 	
16.	Клиновой ремень SPZ 1262	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, ОАВ инв. № 00-010935 Ширина bo, мм: 9,7 Высота h, мм: 8 Внешняя длина La, мм: 1274 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 1262 Внутренняя длина Li, мм: 1224 Вес, кг: 0,09 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 63 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	10
17.	Клиновой ремень XPZ 850	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции ЦРСУП, ОВЖЛ, ОАВ, Виварий № 5, ОПЖ инв. № 00-010901, 00-012293, 00-010936,00-012290, 00-012357 Ширина bo, мм: 9,7 Высота h, мм: 8 Внешняя длина La, мм: 862 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 850 Внутренняя длина Li, мм: 812 Вес, кг: 0,06 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 50 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 50 ГОСТ 1284.2-89	6
18.	Клиновой ремень XPZ 925	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции ЦРСУП, ОВЖЛ, ОАВ, Виварий № 5, ОПЖ инв. № 00-010901, 00-012293, 00-010936,00-012290, 00-012357, 00-012290, к приточно-вытяжной вентиляции Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010 Ширина bo, мм: 9,7 Высота h, мм: 8 Внешняя длина La, мм: 937 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 925 Внутренняя длина Li, мм: 887 Вес, кг: 0,07 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 50 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 50 ГОСТ 1284.2-89	20
19.	Клиновой ремень XPZ 710	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции Виварий № 5, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, 00-012290	6

		Ширина bo, мм: 9,7 Высота h, мм: 8 Внешняя длина La, мм: 722 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 710 Внутренняя длина Li, мм: 672 Вес, кг: 0,05 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 50 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 50 ГОСТ 1284.2-89	
20.	Клиновой ремень SPZ 1212	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции ЦРСУП, ОВЖЛ, ОАВ, Виварий № 5, ОПЖ инв. № 00-010901, 00-012293, 00-010936,00-012290, 00-01235700-012290 Ширина bo, мм: 9,7 Высота h, мм: 8 Внешняя длина La, мм: 1224 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 1212 Внутренняя длина Li, мм: 1174 Вес, кг: 0,09 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 63 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	6
21.	Клиновой ремень SPZ 1037	Предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции ОАВ, ОПС, ЦРСУП инв. № 00-010935, 00-011931,00-011935, 00-012357, 00-012201 Ширина bo, мм: 9,7 Высота h, мм: 8 Внешняя длина La, мм: 1049 Расчетная длина Ld (Lw, Lp), мм: 1037 Внутренняя длина Li, мм: 999 Вес, кг: 0,08 Минимальный диаметр шкива dw, мм: 63 Максимальная линейная скорость Vmax, м/с: 40 ГОСТ 1284.2-89	10
22.	Реле контроля фаз для трехфазных сетей Finder 706184000000	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Кол-во контактов: 1 перекидной Номинальный ток: 6А Номинальное напряжение AC, В: 380…415В Способ монтажа: Дин-рейка Степень защиты: IP 20 Номинальное/максимальное напряжение на переключение, В: 250/400 Номинальная нагрузка для AC1, Вт: 1500 Материал контакта: AgCdO Электрическая долговечность для AC1 в циклах: 100 000 Диапазон температур, °С: -20...+60 Размеры, мм: 87x17,5x60,8 ГОСТ 3699-82	3
23.	Датчик-реле разности давлений APZ 2030	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки	12

		(Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Активный датчик 0-10 В или 4-20 мА Диапазоны давления (базовые): -500...+500 Па, -100…+2000 Па, 0…7 кПа Измеряемое давление: дифференциальное Основная погрешность: 1% ДИ Выходной сигнал: аналоговые: 0…10 В (3-проводный) и 4…20 мА (3-проводный); Дискретный: контакты реле Сенсор: кремниевый тензорезистивный Механическое присоединение: трубка с внутренним диаметром 4 мм Температура измеряемой среды: -5…+65 °С Температура окружающей среды: -10…+50 °С Степень защиты: IP54 по ГОСТ 14254-2015	
24.	Датчик температуры CAREL ASIT030000, Rev.1.000 погружное исполнение	Предназначен для оборудования: Чиллер ХМ1 RC GROUP инв. № 00-011931 Питание:12/24 В пер. тока -10/15%, 9…30 В пост. тока ±10%, Условия работы: -10…70 ° Выходной сигнал: -0,5...1В/4...20мА, (-30... 90°С), погружное исполнение	2
25.	Датчик температуры обратной воды ОВЕН ДТС3105 РТ100.В2 Модель: 3105	Предназначен для оборудования: Чиллер ХМ2 CIAT инв. № 00-012357, Чиллер ХМ1 CIAT инв. № 00-012357, Чиллер ХМ1, ХМ2 RC GROUP инв. № 00-010936, Чиллер ХМ1CIAT инв. № 00-012293, Чиллер ХМ1 YORK инв. № 00-010901 Чувствительный элемент: Pt100 Степень защиты: IP54 по ГОСТ 14254-2015 Диапазон рабочих температур: -50…+ 120°С Длина монтажной части, мм: 220 Схема внутренних соединений проводников: Двухпроводная	9
26.	Датчик высокого давления (для чиллера) Keller PA-21Y 30 bar наружный	Предназначен для оборудования: Чиллер ХМ2 CIAT инв. № 00-012357, Чиллер ХМ1 CIAT инв. № 00-012357, Чиллер ХМ1, ХМ2 RC GROUP инв. № 00-010936, Чиллер ХМ1CIAT инв. № 00-012293, Чиллер ХМ1 YORK инв. № 00-010901 Тип датчика: Пьезорезистивный Тип схемы: 2-х проводная Напряжение питания, VDC: 8...32 Выходной сигнал, mA: 4-20 Диапазон давления, Бар: 0 - 30 Давление абсолютное. Ноль при вакууме Суммарная погрешность в диапазоне:0...50°С макс. ±1,0 %ВПИ - 10...80°С макс. 1,5 %ВПИ; Температура работы, °С: от – 40 до 100 Корпус: нержавеющая сталь AISI 316L (1.4404/1.4435) Электрическое присоединение: кабель, длина 2м Присоединение к процессу: резьба 7/16"-20 UNF, наружная Степень защиты: IP54 по ГОСТ 14254-2015	9
27.	Датчик температуры AKF10, Thermokon, Ni1000, 240 мм, -50...160 °С. Артикул 9997	Предназначен для оборудования: Виварий № 5 инв. № 00-010936 Температурный элемент: Ni1000 Длина гильзы, мм: 240 Температурный диапазон, °С: -50...160	9
28.	Датчик давления R-1 WIKA (ALKO)	Предназначен для оборудования: Чиллер ХМ DAIKIN инв. № 10124000072, 00-000103 Диапазоны, Бар:-1 … 7 Погрешность: ≤ 2 % от диапазона Выходные сигналы, мА: 4 ... 20 Степень защиты: IP67 Температура измеряемой среды, С: -40+80 Присоединение к процессу: G1/4 B Эл. Присоединения: M12x1 Степень защиты: IP54 по ГОСТ 14254-2015	2

29.	Реле перепада давления SFS-50-IP40-1/4	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Верхняя уставка (мбар) 50 +/- 9 Нижняя уставка (мбар) 27 +/- 9 Степень защиты IP40 2 перекидных контакта Резьба G1/4 Без кабеля (присоединение "мама")	4
30.	Реле протока Danfoss FQS-030GQ9	Предназначен для оборудования: Чиллер XM2 CIAT инв. № 00-012357, Чиллер XM1 CIAT инв. № 00-012357 Диапазон рабочей температуры, °C: +5...+100 Степень защиты: IP20 по ГОСТ 14254-2015 Материал: нержавеющая сталь Макс. рабочее давление, Бар: 10	2
31.	Промежуточное реле FINDER 55.34.8.110.0040	Предназначен для оборудования: Чиллер XM2 CIAT инв. № 00-012357, Чиллер XM1 CIAT инв. № 00-012357 Кол-во контактов: 4 перекидных Материал контакта: AgNi Номинальный ток, А: 7 Номинальное/максимальное напряжение на переключение, В: 250/400 Номинальная нагрузка для AC1, Вт: 1750 Номинальная нагрузка (230В~) AC15, ВТ: 350 Отключающая способность DC1: 30/110/220: 7/0,25/0,12А Допустимая мощность однофазного двигателя (230В~), кВт: 0,125 Минимальная нагрузка на переключение, мВт: 300 Номинальное напряжение AC, В: 110 Сопротивление катушки, Ом: 4000 Номинальный ток катушки, мА: 12,5 Электрическая долговечность для AC1 в циклах: 150 000 Диапазон температур, °C: -40…+85 Блокируемая кнопка проверки + механический индикатор Размеры: 27,7x20,7x35,8мм	2
32.	Твердотельное реле SA3-4080A	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Количество Фаз: 3 Управляющий сигнал: 90-280 VAC Коммутируемое напряжение: 40-480 VAC Номинальный ток нагрузки до, А: 080 Рекомендуемый макс. ток нагрузки (Резистивные), А: 60 Рекомендуемый макс. ток нагрузки (Индуктивные), А: 8 Потребляемый ток в цепи упр.: ≤12mA Тип коммутации: при переходе через 0 Макс. пиковое напряжение: 1000 VAC Тип вых. силовых элементов: Симисторы (TRIAC) Напряжение пробоя: 2500V AC в теч. 1 минуты Частота коммутации: 47/63Hz Индикация включения: Наличие	3

		Время переключения: 10mS (при частоте 50 Гц) Минимальный коммутируемый ток, А: 0,15 Рабочая температура: -40～80°С Масса, г: ≤ 380 Падение напряжения в коммутируемой цепи во включенном состоянии: ≦1.3 VAC	
33.	Твердотельное реле SA3-4040A	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Количество Фаз: 3 Управляющий сигнал: 90-280 VAC Коммутируемое напряжение: 40-480 VAC Номинальный ток нагрузки до, А: 040 Рекомендуемый макс. ток нагрузки (Резистивные), А: 30 Рекомендуемый макс. ток нагрузки (Индуктивные), А: 4 Потребляемый ток в цепи упр., mA: ≤12 Тип коммутации: при переходе через 0 Макс. пиковое напряжение: 1000 VAC Тип вых. силовых элементов: Симисторы (TRIAC) Напряжение пробоя: 2500V AC в теч. 1 минуты Частота коммутации: 47/63Hz Индикация включения: Наличие Время переключения: 10mS (при частоте 50 Гц) Минимальный коммутируемый ток, А: 0,15 Рабочая температура, °С: -40～80 Масса, г: ≤ 380 Падение напряжения в коммутируемой цепи во включенном состоянии: ≦1.3 VAC	3
34.	Плавкая вставка ВПТ6-2	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Материал: стекло Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный рабочий ток, А: 0.25 Контакты: цилиндрические Длина корпуса, мм: 20 Диаметр корпуса, мм: 5 Вес, г: 14 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	20
35.	Плавкая вставка ВПБ6-1	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Материал: стекло Номинальное напряжение, В: 250	20

		Номинальный рабочий ток, А: 0.16 Контакты: цилиндрические Длина корпуса, мм: 20 Диаметр корпуса, мм: 5 Вес, г: 14 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	
36.	Плавкая вставка ВПБ6-5	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Материал: стекло Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный рабочий ток, А: 0.5 Контакты: цилиндрические Длина корпуса, мм: 20 Диаметр корпуса, мм: 5 Вес, г: 14 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	20
37.	Плавкая вставка ВПБ6-6	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Материал: стекло Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный рабочий ток, А: 0.63 Контакты: цилиндрические Длина корпуса, мм: 20 Диаметр корпуса, мм: 5 Вес, г: 14 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	20
38.	Плавкая вставка ВПБ6-7	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Материал: стекло Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный рабочий ток, А: 1 Контакты: цилиндрические Длина корпуса, мм: 20 Диаметр корпуса, мм: 5 Вес, г: 14 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	20
39.	Плавкая вставка ВПБ6-9	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003,	20

		ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Материал: стекло Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный рабочий ток, А: 1.6 Контакты: цилиндрические Длина корпуса, мм: 20 Диаметр корпуса, мм: 5 Вес, г: 14 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	
40.	Плавкая вставка ВПТ6-10	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Материал: стекло Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный рабочий ток, А: 2 Контакты: цилиндрические Длина корпуса, мм: 20 Диаметр корпуса, мм: 5,2 Рабочая температура, С: -60…85 Вес, г: 1,2 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	20
41.	Предохранитель 5x20 mm, быстрый, керамика	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Материал: Керамика Длина корпуса, мм: 20 Диаметр корпуса, мм: 5 Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный рабочий ток, А: 2,5 Вес, г: 1,08 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	20
42.	Плавкая вставка ВПБ6-11	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 ВПБ6-11 (3,15А / 250В), предохранитель Материал: стекло Номинальное напряжение, В:250 Номинальный рабочий ток, А: 3,15 Контакты: цилиндрические Длина корпуса, мм: 20 Диаметр корпуса, мм: 5.2 Рабочая температура, С: -60…85 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	20

43.	Плавкая вставка ВПБ6-12	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Материал: стекло Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный рабочий ток, А: 4 Контакты: цилиндрические Длина корпуса, мм: 20 Диаметр корпуса, мм: 5 Вес, г: 14 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	20
44.	Плавкая вставка ВПБ6-13	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Материал: стекло Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный рабочий ток, А: 5 Контакты: цилиндрические Длина корпуса, мм: 20 Диаметр корпуса, мм: 5 Вес, г: 14 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	20
45.	Плавкая вставка Н520Б	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Материал: стекло Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный рабочий ток, А: 16 Контакты: цилиндрические Длина корпуса, мм: 20 Диаметр корпуса, мм: 5 Вес, г: 14 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	20
46.	Плавкая вставка CH10 gG ITALWEBER	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Габаритные размеры: Ø10,3×38 мм. Номинальное напряжение, В: 500 Номинальный ток, А: 10	12

		Предельная отключающая способность, кА: 100 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	
47.	Плавкая вставка ППН-33 160/125А габарит 00 EKF PROxima Артикул: fus-33/160/125	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Номинальное напряжение, В: 660 Номинальный ток, А: 125 Конструктивный размер (габарит): 00 (NH00) ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	6
48.	Предохранитель Legrand AM с индикатором	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Предохранители типа аМ Размер: 0 Индикатор: Наличие Номинальный ток, А: 100 Номинальное напряжение, В: 500 Отключающая способность, kA: 120 ГОСТ IEC 60898-1-2020	6
49.	Предохранитель NV/NH 00C KOMBI gL/gG	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Номинальное напряжение, В: 400 Номинальный ток, А: 80 Отключающая способность, kA:120 Конструктивный размер: NH0 Вес, г: 120 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	9 шт.
50.	Плавкая вставка CH10 gG ITALWEBER, 63A, 690В, Артикул: 6711012	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Номинальное напряжение, В: 690 Номинальный ток, А: 63 Отключающая способность, kA: 120 Диаметр, мм: 22 Высота, мм: 58 Вес, г: 51 Индикация: ударная игла - Наличие ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	6

51.	Плавкая вставка CH10 gG ITALWEBER, 50A, 690B	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Номинальный ток, А: 50 Номинальное напряжение, В: 690 Отключающая способность, kA:120 Размеры, мм:14x51 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	6 шт.
52.	Плавкая вставка CH10 gG ITALWEBER, 8A, 690B, Артикул 002620006	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Номинальный ток, А: 8 Номинальное напряжение, В: 500 Диаметр, мм: 10 Высота, мм: 38 Отключающая способность, kA:100 ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81)	4 шт.
53.	Погружной датчик температуры THERMASGARD-7061	Предназначен для оборудования: Чиллер XM1, XM2 RC GROUP инв. № 00-010936, Чиллер XM1CIAT инв. № 00-012293, Чиллер XM1 YORK инв. № 00-010901 Диапазон измерения, °C: -30 ...+150 Чувствительные элементы/выход, кОм: 10 Температура окружающей среды, °C: -20 ... +100 Допустимая относительная влажность воздуха, %: < 95, без конденсата Класс защиты: III (согласно EN 60 730) Степень защиты: IP 65 (согласно EN 60 529)	2
54.	Переключатель K3SS1-11G трехпозиционный, Артикул: COS1SFA616250R2102	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Переключатель: трехпозиционный Номинальный ток, А: 8 Номинальное напряжение AC, В: 220…230 Частота тока, Гц: 50…60 Цвет: зеленый Ручка: короткая с подсветкой Степень защиты, передняя сторона: IP66 по ГОСТ IEC 61020-1-2016	12

55.	Переключатель K3SS1-11B трехпозиционный	Переключатель: трехпозиционный Номинальный ток, А: 8 Номинальное напряжение AC, В: 220…230 Частота тока, Гц: 50…60 Цвет: зеленый Ручка: короткая с подсветкой Цвет: черный Ручка: короткая без подсветки с возвратом в среднее положение Степень защиты, передняя сторона: IP66 по ГОСТ IEC 61020-1-2016 	9
56.	Переключатель ABB K2SS4-11(B) двухпозиционный	Переключатель: двухпозиционный Номинальное напряжение AC, В: 220…230 Частота тока, Гц: 50…60 Цвет: зеленый Цвет: черный Ручка: короткая с фиксацией Степень защиты, передняя сторона: IP66 по ГОСТ IEC 61020-1-2016 	12
57.	Блок контактный ABB НО КСВ-10В	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов: 2 Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов: 0 Количество переключающих (перекидных) контактов: 0 Способ монтажа: Крепление к основанию Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В, А: 6 Тип электрического подключения: Винтовое соединение	12
58.	Конденсатор пусковой ДПС 30 мкФ, 450 В	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки	4

		(Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Тип: дпс Рабочее напряжение, В: 450 Номинальная емкость, мкФ: 30 Допуск номинальной емкости, %: 5-10 Рабочая температура, С: -25…85 Вес, г: 163 ГОСТ IEC 60252-1-2011 Товар должен соответствовать ТР ЕАЭС 048/2019	
59.	Конденсатор пусковой ДПС 20 мкФ, 450 В	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Тип: дпс Рабочее напряжение, В: 450 Номинальная емкость, мкФ: 20 Допуск номинальной емкости, %: 5-10 Рабочая температура, С: -25…85 Вес, г: 95 ГОСТ IEC 60252-1-2011 Товар должен соответствовать ТР ЕАЭС 048/2019	4
60.	Конденсатор пусковой ДПС 16 мкФ, 450 В	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Тип: дпс Рабочее напряжение, В: 450 Номинальная емкость, мкФ: 16 Допуск номинальной емкости, %: 5-10 Рабочая температура, С: -25…85 Вес, г: 134 ГОСТ IEC 60252-1-2011 Товар должен соответствовать ТР ЕАЭС 048/2019	4
61.	Конденсатор пусковой ДПС 12 мкФ, 450 В	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Тип: дпс Рабочее напряжение, В: 450 Номинальная емкость, мкФ: 12 Рабочая температура, С: -25…85 Вес, г: 101 ГОСТ IEC 60252-1-2011 Товар должен соответствовать ТР ЕАЭС 048/2019	4
62.	Конденсатор пусковой ДПС 10 мкФ, 450 В	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085,	4

		00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Тип: дпс Рабочее напряжение, В: 450 Номинальная емкость, мкФ: 10 Допуск номинальной емкости, %: 5-10 Рабочая температура, С: -25…85 Вес, г: 49 ГОСТ IEC 60252-1-2011 Товар должен соответствовать ТР ЕАЭС 048/2019	
63.	Конденсатор пусковой ДПС 8 мкФ, 450 В	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Тип: дпс Рабочее напряжение, В: 450 Номинальная емкость, мкФ: 8 Допуск номинальной емкости, %: 5-10 Рабочая температура, С: -25…85 Вес, г: 54 ГОСТ IEC 60252-1-2011 Товар должен соответствовать ТР ЕАЭС 048/2019	4
64.	Конденсатор пусковой ДПС 3 мкФ, 450 В	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Допуск номинальной емкости, %: 10 Рабочая температура, С: -40…+85 Емкость, мкФ: 3 Исполнение: Провода, винт Напряжение, В: 450 Серия: К78-98 Тангенс угла потерь, %: 0.005 ГОСТ IEC 60252-1-2011 Товар должен соответствовать ТР ЕАЭС 048/2019	4
65.	Лампочка зеленая тип KL2-100G	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 ЭМКод:5930 КодРАЭК: 41086 Класс изделия: Лампа индикаторная в сборе Степень защиты (IP): IP66 Тип напряжения: AC/DC (перемен. /постоян.)	12

		Диаметр отверстия: 22 С ламп. (источником света) в комплекте: да Тип подключения: Винтовое соединение Конструкция линзы: Круглый (-ая,-ое) С передним кольцом: Наличие Материал переднего кольца: Пластик Цвет переднего кольца: Черный Тип линзы: Плоская (-ий) Тип цоколя лампы: BA9s Номин. раб. напряжение Ue: 240В Количество световых индикаторов: 1 Цвет линзы/колпачка: Зеленый ГОСТ 10264-82	
66.	Лампочка красная тип KL2-100R	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Диаметр отверстия: 22 Количество световых индикаторов: 1 Конструкция линзы: Круглый (-ая) Номин. раб. напряжение Ue: - С ламп. в комплекте: Наличие С передним кольцом: Нет Степень защиты (IP): IP66 Тип линзы: Высокая Тип напряжения: Перемен. / постоян. (AC/DC) Тип подключения: Винтовое соединение Тип цоколя лампы: BA9s Цвет линзы: Красный ГОСТ 10264-82	12
67.	Подогреватель картера danfoss 130Вт 230В арт.7773122	Предназначен для оборудования: Чиллер XM2 CIAT инв. № 00-012357, Чиллер XM1 CIAT инв. № 00-012357, Чиллер XM1, XM2 RC GROUP инв. № 00-010936 Тип: Подогреватель картера Мощность, Вт: 130 Напряжение, В: 230 Масса нетто, кг: 0,08 Масса брутто, кг: 0,18 Применим для моделей компрессоров: PSH077; SH380; SY/SZ240-380 Товар должен соответствовать ТР ТС 004/2011	3
68.	Нагреватель картера 2832205 220W 240V арт. 2832205	Предназначен для оборудования: Чиллер XM2 CIAT инв. № 00-012357, Чиллер XM1CIAT инв. № 00-012293, Чиллер XM1 YORK инв. № 00-010901 220 Вт, 240 В Тип нагревателя: внутренний Мощность, Вт: 220 Напряжение, В: 240 Товар должен соответствовать ТР ТС 004/2011	3
69.	Трансформатор ТМ 40/24 ABB	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936	6

		Способ монтажа: din-рейка Номинальное напряжение первичной обмотки, В: 230 Мощность, ВА: 40 Напряжение вторичной обмотки, В: 12/24 Размеры, мм: 52,5×85×58 ГОСТ Р 52719-2007 Товар должен соответствовать ТР ТС 004/2011	
70.	Блок питания ACRO AD1024-24F	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Способ монтажа: din-рейка Диапазон входного напряжения переменного тока, В: 100-240 Выходная мощность, Вт: 24±10% Напряжение постоянного тока на выходе, В: 24 Сила тока номинальная, А: 1 Размеры, мм : 74x90x45 Товар должен соответствовать ТР ТС 004/2011	3
71.	Тэн воздушный РУСТЭН	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Номинальные напряжения, В: 380 Номинальная потребляемая мощность, кВт: 2,5 ГОСТ 13268-88 (СТ СЭВ 171-87) Товар должен соответствовать ТР ТС 004/2011	8
72.	Электрический канальный нагреватель ЕО-60-35/22,5	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103. Тиристорное управление: TTCMAX Мин.расх.возд., $м^3$/ч: 1200 Число фаз напряжение В (50 Гц): 3~400 Общая мощность, кВт: 22,5 Ступени нагревателя, кВт: 15+7.5 Размер 60х35 см, мощность 22,5 кВт Изготовление в соотв. ГОСТ 15150-69 климатического исполнения группы УХЛ 4 Товар должен соответствовать ТР ТС 004/2011	2 шт.
73.	Накладной датчик температуры ДТС3225-PT100.B2 ОВЕН накладной:	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Чувствительный элемент: Pt100 Степень защиты: IP54 Диапазон рабочих температур: -50…120°C Класс допуска: B Схема внутренних соединений проводников: Двухпроводная	12 шт.

74.	Реле отключения по высокому давлению с ручным сбросом 27,3 Bar Alco Controls, арт. 0715563	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Отключение при максимальном допустимом давлении, Бар: 27,3 Отключение при минимальном допустимом давлении, Бар: 5 Внешний ручной сброс: Наличие Виброустойчивость (от 10 до 950 Гц) 4 g: Наличие Типы контактов 1 переключатель SPDT: Наличие Внут. резьба 7 /16"-20UNF с ниппелем и демпфером: Наличие Степень защиты: IP 65 по ГОСТ 26005-83 	6 шт.
75.	Контактор 3п 9А D 1НО+1НЗ 110В АС SchE Артикул LC1D09F7	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Род тока включения: Переменный ток (АС) Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц по, В: 110 Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC при 50 Гц с, В: 110 Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В, А: 9 Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В, А: 25 Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1 Количество вспомогательных размыкающих контактов: 1 Количество замыкающих главных контактов: 3 Количество размыкающих главных контактов: 0 Товар должен соответствовать ГОСТ 30011.4.1-96 	8 шт
76.	Терморезистор MF58 50 кОм 1% (Термистор MF58-503F-3950FB,NTC Termistor MF58)	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Тип сопротивления: NTC	18

		Номинальное сопротивление, кОМ: 50	
77.	Терморезистор MF58 10 кОм 1% (Термистор MF58-103F-3950FB, NTC Termistor MF58)	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Тип сопротивления: NTC Номинальное сопротивление, кОМ: 10	18
78.	ДТС3015-х.В2.200 - датчик температуры для воздуховодов	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Температура среды: –50…+120 °С Погрешность: (0,3+0,005|t |) °С Длина монтажной части: 200 мм Тип сенсора: Pt1000 PCA1.2010.10L Схема подключения: двухпроводная Степень защиты: IP54	12
79.	Воздухоотводчик автоматический 1/2” DN15, Код: 065B822300	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Тип: Автоматический воздухоотводчик Масса, кг: 0,154 Материал: латунь Диаметр условный, мм: 15 Номинальное давление, Бар: 10 Тип соединения: G 1/2"	24
80.	Реле F&F PK-2P	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Количество контактов: 2 (NO/NC) Номинальное напряжение контактов, АС, В: 250 Номинальный коммутируемый ток, А8: АС-1 Время срабатывания/возврата, не более, мс: 40/20 Напряжение питания,50 Гц, В: 230: Номинальное напряжение питания (Uн), В: 230 АС +10/-15%. Напряжение отпускания: 0,7 Uн. Потребляемый ток, не более, мА:30 Номинальное напряжение изоляции, АС, В: 400 Напряжение пробоя, кВ: - контакт-катушка 2,5- контакт-контакт 2,1.	8

		Диапазон рабочих температур, °С: -25…+50. Степень защиты: IP20 Степень загрязнения среды: 2 Категория перенапряжения: III Габариты (ШхВхГ), мм: 18х90х65 Подключение: винтовые зажимы 2,5 мм2 Момент затяжки винтового соединения, Нм: 0,4 Тип корпуса: 1S Способ монтажа на din-рейке, мм: 35 Товар должен соответствовать ГОСТ IEC 60255-12-2014	
81.	Контактор модульный VS425-40, 25А, 4НО, 230В AC/DC	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Предназначен для коммутации электрических цепей под воздействием управляющего напряжения. Номинальное напряжение: 400 В, 50 Гц. Напряжение катушки: 230 В, постоянного или переменного тока. Номинальный ток: 25 А. Количество модулей: 2. Контактная группа: 4 «замыкающихся» контакта. Степень защиты: IP40. Габаритные размеры, мм: 35×85×60 Способ монтажа: din - рейка Сертификат: EAC,\ Товар должен соответствовать ГОСТ IEC 60255-12-2014	8
82.	Многофункциональное реле времени CRM-91H UNI 12-240V AC/DC (1x16A_AC1)	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Применение: много целевое Тип инициирования: Цифровой многофункциональный Ширина по количеству модулей: 1 Количество переключателей: 1 Тип питающего напряжения: Переменный/постоянный ток (AC/DC) Напряжение питания, В: 12-240 Блок 1 интервала, Секунды/часы: 0,1-240 Вес, кг: 0,076 Способ монтажа: на din-рейку Товар должен соответствовать ТР ТС 004/2011	4
83.	Подшипник SKF 608-2RS	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 2RS: уплотнения с двух сторон из	8

		бутадиенакрилнитрильного каучука армированного листовой сталью Внутренний диаметр, мм: 8 Наружный диаметр, мм: 22 Ширина, мм: 7 Класс точности: 6 Сепаратор: стальной Смазка: LGMT (t° от -30°C до +120°C) Вес, кг: 0,012 ГОСТ 8338-75; ГОСТ 8882-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15	
84.	Подшипник NSK 6208ZZ	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Внутренний диаметр, мм: 40 Наружный диаметр, мм: 80 Ширина B, мм: 18 Класс точности: P0 Уплотнение: Закрытый Зазор: C3 (зазор больше нормального) Тип отверстия: Цилиндрическое Рядность: Однорядный Тип: Радиальный Защитные шайбы: ZZ (защитные шайбы с двух сторон) Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин: 8500 Предельная скорость (жидкое масло), об/мин: 10000 Динамическая нагрузка C, H: 29.1 Статическая нагрузка C0, H: 17.9 Вес, кг: 0,88 ГОСТ 520-2011, ГОСТ 7242-81, ГОСТ 8882-75	9
85.	Подшипниковый узел INA GG ASE 06 в сборе (диаметр вала 30 мм)	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Высота оси вала, мм: 42,9 Длина вала, мм: 158 Диаметр вала, мм: 30 	9
86.	Подшипник NSK 6202ZZ	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Вес, кг: 0,04 Класс точности: P0	9

		Уплотнение: Закрытый Зазор: СМ (зазор меньше нормального, для электродвигателей) Тип отверстия: Цилиндрическое Рядность: Однорядный Тип: Радиальный Ширина В, мм: 11 Наружный диаметр, мм: 35 Внутренний диаметр, мм: 15 Защитные шайбы: ZZ (защитные шайбы с двух сторон) Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин: 20000 Предельная скорость (жидкое масло), об/мин: 24000 Динамическая нагрузка С, Н: 7.65 Статическая нагрузка С0, Н: 3.75 ГОСТ 520-2011, ГОСТ 7242-81, ГОСТ 8882-75	
87.	Подшипник NSK 6205ZZ	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Тип подшипника: Подшипник Тип тела качения: Шариковый Направление нагрузки: Радиальный Количество дорожек качения: 1 Внутренний диаметр, мм: 25 Наружный диаметр, мм: 52 Ширина, мм: 15 Ширина наружной обоймы (С), мм: 15 Размер (r min.), мм: 1 Размер сопряженных деталей (da min.), мм: 30 Размер сопряженных деталей (da max), мм: 32 Размер сопряженных деталей (Da max.), мм: 47 Размер сопряженных деталей (ra max.), мм: 1 Грузоподъемность динамическая кН, : 14 Грузоподъемность статическая , кН: 7,85 Частота вращения предельная при пластичной смазке, об/мин: 13000 Расчетный коэффициент (f0): 13,9 ГОСТ 8338-75; ГОСТ 7242-81; ГОСТ 520-2011; ISO 15	9
88.	Подшипник NSK 6204ZZ	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Вес, кг: 0,1 Класс точности: Р0 Уплотнение: Закрытый Зазор: С3 (зазор больше нормального) Тип отверстия: Цилиндрическое Рядность: Однорядный Тип: Радиальный Ширина, мм: 14 Наружный диаметр, мм: 47 Внутренний диаметр, мм: 20 Защитные шайбы: ZZ (защитные шайбы с двух сторон) Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин: 15000	9

		Предельная скорость (жидкое масло), об/мин: 18000 Уровень шума: E (уровень шума для электродвигателей) Динамическая нагрузка C, H: 12,8 Статическая нагрузка C0, H: 6,6 ГОСТ 8338-75; ГОСТ 7242-81; ГОСТ 520-2011; ISO 15	
89.	Подшипник NSK 6203ZZ	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Тип подшипника: Подшипник Тип тела качения: Шариковый Направление нагрузки: Радиальный Количество дорожек качения: 1 Уплотнение: наличие Внутренний диаметр мм: 17 Наружный диаметр, мм: 40 Ширина (высота) (B), мм: 12 Ширина наружной обоймы, мм: 12 Размер (r min.), мм: 0,6 Размер сопряженных деталей (da min.): 21 Размер сопряженных деталей (da max): 23,5 Размер сопряженных деталей (Da max.): 36 Размер сопряженных деталей (ra max.): 0,6 Вес, кг: 0,067 Грузоподъемность динамическая, кН: 9,55 Грузоподъемность статическая, кН: 4,8 Частота вращения предельная при пластичной смазке, об/мин: 17000 Расчетный коэффициент (f0): 13,2 ГОСТ 8338-75; ГОСТ 7242-81; ГОСТ 520-2011; ISO 15	9
90.	Подшипник NSK 6206ZZ	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Вес, кг: 0,21 Класс точности: P0 Уплотнение: Закрытый Зазор: CM (зазор меньше нормального, для электродвигателей) Тип отверстия: Цилиндрическое Рядность: Однорядный Тип: Радиальный Ширина, мм: 16 Наружный диаметр, мм: 62 Внутренний диаметр, мм: 30 Защитные шайбы: ZZ (защитные шайбы с двух сторон) Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин: 11000 Предельная скорость (жидкое масло), об/мин: 13000 Динамическая нагрузка, H: 19,5 Статическая нагрузка, H: 11,3 ГОСТ 8338-75; ГОСТ 7242-81; ГОСТ 520-2011; ISO 15	9
91.	Подшипник NSK 6308ZZ	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085,	8

		00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Вес, кг: 0,64 Класс точности: P0 Уплотнение: Закрытый Зазор: CM (зазор меньше нормального, для электродвигателей) Тип отверстия: Цилиндрическое Рядность: Однорядный Тип: Радиальный Ширина, мм: 23 Наружный диаметр, мм: 90 Внутренний диаметр, мм: 40 Защитные шайбы: ZZ (защитные шайбы с двух сторон) Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин: 7500 Предельная скорость (жидкое масло), об/мин: 9000 Динамическая нагрузка, Н: 40,5 Статическая нагрузка, Н: 24 ГОСТ 8338-75; ГОСТ 7242-81; ГОСТ 520-2011; ISO 15	
92.	Подшипник NSK 6207ZZ	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Внутренний диаметр, мм: 35 Наружный диаметр, мм: 72 Ширина, мм: 17 Сепаратор: Стальной Уплотнение: ZZ Рядность: Однорядный Направление нагрузки: Радиальные Тело качения: Шариковые Статическая нагрузка, kN: 15300 Динамическая нагрузка, kN:25500 Отверстие: Цилиндрическое ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011	8
93.	Подшипник SKF YET 204	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Вес, кг: 0,17 Внутренний диаметр, мм: 20 Наружный диаметр, мм: 47 Ширина, мм: 31	9
94.	Подшипник SKF YET 205	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки	9

		(Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Вес, кг: 0,2 Внутренний диаметр, мм: 25 Наружный диаметр, мм: 52 Ширина, мм: 31	
95.	Подшипник SKF YET 206	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Вес, кг: 0,49 Внутренний диаметр, мм: 30 Наружный диаметр, мм: 62 Ширина, мм: 35,7	9
96.	Подшипник SKF YET 207	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Вес, кг: 0,49 Внутренний диаметр, мм: 35 Наружный диаметр, мм: 72 Ширина, мм: 38,9	9
97.	Шкив клиновой чугунный SPZ 100/2 под втулку 1610	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Диаметр, мм: 100 Тип применяемого ремня: SPZ Кол-во ремней: 2 Материал исполнения: G25 чугун Применяемая втулка: 1610 Вес, кг: 0,9	4
98.	Втулка тапербуш таперлок 1610 диаметр 20 мм.	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Диаметр отверстия, мм: 20 Шпоночный паз, мм: 6x2,80 Материал исполнения: Чугун	4

		 1610	
99.	Втулка тапербуш таперлок 1610 диаметр 24 мм.	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Диаметр отверстия, мм: 24 Шпоночный паз, мм: 8х3,30 Материал исполнения: Чугун  1610	4
100.	Втулка тапербуш таперлок 1610 диаметр 25 мм.	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Диаметр отверстия, мм: 25 Шпоночный паз, мм: 8х3,30 Материал исполнения: Чугун  1610	4
101.	Втулка тапербуш таперлок 1610 диаметр 28 мм.	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Диаметр отверстия, мм: 28 Шпоночный паз, мм: 8х3,30 Материал исполнения Чугун	4

		 1610	
102.	Штуцер для R410A с золотником и депрессором M1/4` SAE x F5/16` SAE BC-AD87 BECOOL, арт. 062574	Предназначен для оборудования: Чиллер XM2 CIAT инв. № 00-012357 Область применения: подключение манометрической станции к холодильной системе, имеющей порты с резьбой M1/4" SAE Комплект поставки: Штуцер BC-AD87: Наличие Золотник 51001: Наличие Уплотнительная манжета и депрессор: Наличие 	1
103.	Штуцер для R410A с золотником и депрессором M5/16` SAE x F1/4` SAE BC-AD78 BECOOL	Предназначен для оборудования: Чиллер XM1, XM2 RC GROUP инв. № 00-010936 С резьбой M1/4` SAE Область применения: подключение манометрической станции к холодильной системе, имеющей порты с резьбой M1/4" SAE Комплект поставки: Штуцер BC-AD78: Наличие Золотник 51001: Наличие Уплотнительная манжета и депрессор: Наличие 	1
104.	Реле общего назначения G2R G2R-1-E 24DC, Реле 1 пер. 24VDC 16A/250VAC	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Ток питания обмотки: постоянный Классификация реле по начальному состоянию: моностабильное Поляризация: нейтральное Количество обмоток: 1 Номинальное рабочее напряжение, В: 24 Контактный набор: 1 перекл. Максимальный коммутируемый ток, А: 16 Вес, г: 17 ГОСТ IEC 60255-12-2014	16
105.	Реле температуры (термостат) типа KP 61	Предназначен для оборудования: Чиллер XM1CIAT инв. № 00-012293, Чиллер XM1 YORK инв. № 00-010901 Длина капиллярной трубки, м: 6 Диапазон настройки уставки срабатывания, ^{0}C: -30…+15 Дифференциал, регулирование по наименьшей тем-ре, ^{0}C: 5,5…23 Дифференциал, регулирование по наибольшей тем-ре, ^{0}C: 1,5…23 Тип сброса: Автоматический Температура окружающей среды, °C: -40°C … +65°C (на короткий период до +80 °C)	4

106.	Реле температуры Danfoss KP61-3 060L126766 (Термостат защиты от замерзания)	Предназначен для оборудования: Чиллер XM2 CIAT инв. № 00-012357, Чиллер XM1 CIAT инв. № 00-012357, Чиллер XM1, XM2 RC GROUP инв. № 00-010936 Длина капиллярной трубки 3 метра Окружающая температура: -40...+65 °C Температура срабатывания: -30...+15 °C Длина капиллярной трубки, м: 3 Степень защиты: IP44	4
107.	Аккумуляторная батарея DELTA HR 12-34 W 12В, 9Ач	Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции предприятия: производственного корпуса инв. № 00-000103, ЦРСУП, ОПС, ОПЖ инв. № 00-012290, 00-011448, 00-012085, 00-011931, 00-011935,00-012357, 00-012201, ОКК инв. № 00-010526, Виварий № 7 инв. № 00-009142, ОДП инв. № 00-010526, 00-010624, мобильного здания инвентарный № 10122000003, ОВЖЛ инв. № 00-010901, 00-012293, Водоподготовки (Котельная) инв. № 00-000010, ОАВ инв. № 00-010935, Виварий № 5 инв. № 00-010936 Состав батареи: Свинцово-кислотный Напряжение питания, В: 12 Емкость батареи, Ач: 9 Ач Мощность, Вт: 34 Ширина, мм: 65 Высота, мм: 94 Длина, мм: 151 Вес, кг: 2,62 ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012	8

Срок поставки: в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

Место поставки Товара: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: февраль-март 2022 г.

Требования к качеству и безопасности товаров:

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее

чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «11» 02 2022 г. по «16» 02 2022 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

С уважением,

Первый заместитель
генерального директора А.Ю. Афонин