

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА  
РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита))**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,  
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819  
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21  
E-mail: [sue\\_polio@chumakovs.su](mailto:sue_polio@chumakovs.su); [www.chumakovs.ru](http://www.chumakovs.ru)  
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,  
ИНН/КПП 7751023847/775101001

25.06.2012 № 25/1  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Поставщикам, заинтересованным в поставке Товара

От:  
Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)),  
108819, г. Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, [umto@chumakovs.su](mailto:umto@chumakovs.su), (495) 841-01-32

### Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки расходных материалов для хроматографа (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование Товара	Техническое описание	Ед. изм.	Кол-во
1	Соединитель для трубок М6 резьба наружная	Соединитель для трубок М6 резьба наружная (артикул 19199350, производитель Cytiva или эквивалент для хроматографа АКТАPURIFIER 100, инв. номер: И1101041402). Материал: полипропилен, полиацеталь, фторкаучук. Тип подключения: М6 резьба наружная, безфланцевый Количество в упаковке: не менее 5 шт.	Упак.	1
2	Соединитель для трубок М6 резьба внутренняя	Соединитель для трубок М6 резьба внутренняя (артикул 18100368, производитель Cytiva или эквивалент для хроматографа АКТАPURIFIER 100, инв. номер: И1101041402). Материал: полипропилен. Тип подключения: М6 резьба внутренняя, безфланцевое. Количество в упаковке: не менее 2 шт.	Упак.	1
3	Соединитель для трубок М6 диаметром 2,7 мм	Соединитель для трубок М6 диаметром 2,7 мм (артикул 18465201, производитель Cytiva или эквивалент для хроматографа АКТАPURIFIER 100, инв. номер: И1101041402). Внутренний диаметр: 2,7 мм. Тип подключения: М6 резьба наружная.	Упак.	1

		<p>Поставляется в комплекте с конусом для обжимки из полиэфирэфиркетона с армированием из стекловолокна.</p> <p>Материал соединителя: полипропилен.</p> <p>Количество в упаковке: не менее 5 шт.</p>		
4	<b>Соединитель для фланкированных трубок М6 наружная резьба</b>	<p>Соединитель для фланкированных трубок М6 наружная резьба (артикул 19214301, производитель Cytiva или эквивалент для хроматографа АКТАPURIFIER 100, инв. номер: И1101041402).</p> <p>Внутренний диаметр: 1,5 мм.</p> <p>Материал соединителя: полиэфирэфиркетон.</p> <p>Тип подключения: М6 резьба наружная.</p> <p>Применяется для соединения двух трубок с фланцами.</p>	<b>Шт.</b>	<b>1</b>
5	<b>Соединитель для фланкированных трубок М6 внутренняя резьба</b>	<p>Соединитель для фланкированных трубок М6 внутренняя резьба (артикул 19004501, производитель Cytiva или эквивалент для хроматографа АКТАPURIFIER 100, инв. номер: И1101041402).</p> <p>Внутренний диаметр: 1,8 мм.</p> <p>Материал соединителя: полипропилен.</p> <p>Максимальное давление: 10 бар (1 Мпа).</p> <p>Применяется для соединения двух трубок безфланцевое.</p> <p>Химическая стабильность: устойчив к водным растворам и органическим растворителям, используемым в жидкостной хроматографии.</p>	<b>Шт.</b>	<b>1</b>
6	<b>Колонка хроматографическая 26/40 без наполнителя</b>	<p>Хроматографическая колонка 26/40 без наполнителя (артикул 28964513 HiScale, производитель Cytiva или эквивалент для хроматографа АКТАPURIFIER 100, инв. номер: И1101041402).</p> <p>Длина с двумя адаптерами: 130 мм - 400 мм.</p> <p>Диаметр входа: 1 мм.</p> <p>Химическая стабильность: устойчив к водным растворам и растворителям, используемым в жидкостной хроматографии.</p> <p>Рабочая температура: от 4 °С до 40 °С (значение диапазона не изменяемое).</p> <p>Материал (трубки колонки): боросиликатное стекло, поликарбонат, полиамид (армированное стекловолокно), этиленпропилендиеновый полимер, полиоксиметилен, фторкаучук, полипропилен, полиамид.</p> <p>Материал внешней рубашки: полиамид, полипропилен.</p> <p>Пористость: 20 мкм.</p> <p>Высота трубки: 400мм.</p> <p>Внутренний диаметр: 26 мм.</p> <p>Макс. давление: 20 бар (2 МПа).</p> <p>Колонки поставляются в комплекте: с трубкой колонки, внешней защитной трубкой, двумя переходниками, трубкой из ПЭЭК и штуцерами на обоих концах для удобного подключения к клапанам, насосам и мониторам.</p>	<b>Шт.</b>	<b>1</b>

**Срок поставки Товара:** в течение 120 (ста двадцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

**Место поставки Товара:** 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** июль - август 2021 г.

**Требования к качеству и безопасности товаров:**

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

**Порядок поставки и приемки Товара**

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

**Порядок оплаты:** не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

**В стоимость товара включается:**

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий:**

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «25» июня 2021 г. по «02» июля 2021 г. включительно по адресу: [umto@chumakovs.su](mailto:umto@chumakovs.su). Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

Начальник УМТО  
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)  
(по доверенности № 115 от 02.06.2021 г.)



Т.В. Чемерис