

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение 1, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва,
108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

01.09.2023.

№ 21/7

На № _____

от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке лабораторного оборудования
для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита)

От:
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГАНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)
(Институт полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки лабораторного оборудования (далее - Товар) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Приложении № 1. Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены Товара. В частности, из содержания предложения должно однозначно определяться цена за единицу Товара. Просим обратить внимание на комплектацию, указанную в Техническом задании.

1. Поставка Товара включает в себя:

- 1.1. Производство/приобретение Товара;
- 1.2. Доставку (перевозку) Товара до складских помещений Заказчика;
- 1.3. Погрузочно-разгрузочные работы;
- 1.4. Тару, упаковку Товара;
- 1.5. Пусконаладочные работы;
- 1.6. Монтаж Товара
- 1.7. Исполнение гарантийных обязательств.

2. Доставка (перевозка) Товара до складских помещений Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, пусконаладочные работы и монтаж Товара осуществляются силами и средствами Поставщика. Дата изготовления не ранее 2023 года.

3. Адрес поставки Товара: г. Москва, пос. Московский, п. Института Полиомиелита, домовладение 8, корпус 1 ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

4. В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара,

упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; пусконаладочные работы и монтаж Товара; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара и Работами, предусмотренными п. 1. настоящего Запроса.

5. Основными требованиями к Товару являются соответствие его качеству и количеству, указанному в настоящем Техническом задании (Приложение к запросу коммерческих предложений).

6. Условия поставки Товара

6.1. Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, в частности, но не исключая, если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, на такие Товары предоставляются сертификаты/декларации соответствия и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида Товара и Техническим заданием.

7. Гарантийные обязательства

7.1. На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара, подписания Сторонами товарной накладной, актов выполненных работ. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

8. Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: октябрь 2023 г.

9. Порядок оплаты: Оплата осуществляется за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной, товарно-транспортной накладной, актов выполненных работ, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.

10. Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответы должны быть поданы с « 22 » сентября 2023 г. по « 27 » сентября 2023 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник вправе предоставить информацию, отражение которой в Технической документации или проекте договора было бы желательно.

Рекомендуем при подаче заявок ссылаться на номер запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании содержания и объема Товара просим сообщить Заказчику.


Возможна поставка Товара эквивалентного указанному Заказчиком.

11. При предоставлении Коммерческого предложения рекомендуем воспользоваться формой:

№ п/п	Наименование Товара	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед. (Рублей)	Сумма (Рублей)
1.	Ламинарное укрытие, согласно требованиям Таблицы № 1 Приложения № 1	1	Шт.		
2.	Инкубатор микробиологический согласно требованиям Таблицы № 2 Приложения № 1	2	Шт.		
				Итого:	

Срок поставки Товара ____ (_____) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)


Афонин А.Ю.

Приложение № 1
к запросу коммерческих предложений

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
	Ламинарное укрытие для обеспечения класса чистоты 5 ИСО	1 шт.
	Комплекс оборудования предназначен для обеспечения параметров воздушной среды в чистой зоне с гарантированным классом рабочей зоны изделия по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 при номинальной производительности по «чистому» воздуху в построенном состоянии - 5 ИСО (по частицам $\geq 0,5$ мкм).	Соответствие
	Материал каркаса	нержавеющей стали марки AISI 304
	Рабочая зона изделия формируется с помощью закрепленных в каркасе по периметру изделия ограждающих конструкций из прозрачных ПВХ-ламель, не доходящих до уровня пола на 400 мм.	соответствие
	Стойки каркаса оснащены съемными колесными опорами	соответствие
	Управление системой воздухоподготовки осуществляется при помощи пульта управления	соответствие
	Система управления, на базе микроконтроллера, оснащена системой статической стабилизации расхода воздуха AIS LS, которая автоматически поддерживает заданную скорость воздушного потока до предельно допустимого значения загрязненности фильтра	соответствие
	При постепенном загрязнении фильтра, скорость вращения вентилятора автоматически увеличивается для поддержания заданной скорости потока воздуха. При достижении порогового значения загрязненности фильтра на пульт выдается визуальный сигнал о необходимости замены фильтров.	соответствие
	Забор рециркуляционного воздуха осуществляется через предварительные фильтры плоского типа, встроенные в корпус каждого фильтровентиляционного модуля сверху	соответствие
	Все сочленения, стыки и швы между прилегающими элементами конструкции обработаны полиуретановым герметиком, предназначенным для работы в чистых помещениях.	соответствие
	Технические характеристики:	
	Количество фильтровентиляционных блоков в конструкции изделия, шт.	Не менее 3

	Размер фильтровентиляционных блоков, мм	1800x600
	В каждый фильтровентиляционный модуль установлены: - предварительный фильтр грубой очистки, класс по ГОСТ Р EN 779 – 2014 - G4 габаритные размеры 1694x468x20 мм	соответствие
	- конечный HEPA фильтр, класс по ГОСТ Р EN 1822-1-2010 - H14 габаритные размеры 1730x530x78 мм - ламинаризатор из мелкоячеистой полимерной сетки для равномерного распределения воздуха по всей поверхности фильтровентиляционного модуля - три нагнетательных агрегата (тип двигателя ЕС-мотор	соответствие
	Каждый фильтровентиляционный модуль оборудован портами для подачи аэрозоля и отбора пробы воздуха для проверки целостности HEPA фильтров	соответствие
	В каждый фильтровентиляционный модуль установлено светодиодное освещение	соответствие
	Габариты изделия в сборе (длина x ширина x высота), мм	не более 1955x1955x2215
	Габариты рабочей зоны изделия (длина x ширина x высота), мм	не менее 1800x1800x1900
	Площадь рабочей зоны изделия, м ²	2,88
	Параметры электропитания	50 Гц/ 220 В
	Потребляемая мощность не более, Вт	1,7
	Освещённость рабочей зоны комплекса, Лк	не менее 500
	Класс рабочей зоны изделия по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017	не ниже 5 ИСО
	Направление потока воздуха	вертикальный, нисходящий
	Способ подачи воздуха	100% рециркуляция из помещения установки изделия
	Характеристика воздушного потока	ламинарный (однонаправленный)
	Средняя скорость потока воздуха, выходящего из фильтромодулей комплекса, на расстоянии 150 мм от поверхности ламинаризаторов, м/с	0,45±20 %
	Количество УФ – облучателей, установленных в рабочей зоне, шт.	не менее 1
	Мощность каждого УФ – облучателя, Вт	не менее 30
	Монтаж оборудования	наличие
	Пусконаладочные работы	наличие
	Гарантия на оборудование	Не менее 12 месяцев с даты поставки

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
-------	----------	---------------------------------

Микробиологический инкубатор/термостат с охлаждением предназначен для культивирования и инкубирования микроорганизмов при температуре ниже комнатной	2 шт.
Технические характеристики:	
Объем рабочей камеры, л	Не менее 400
Размеры камеры (ШхГхВ), мм	Не менее 600х630х1100
Рабочая камера из нержавеющей стали Тип 304	Наличие
Внешняя сплошная дверь	Наличие
Микропроцессорное управление с обратной связью	Наличие
ЖК сенсорный дисплей	Наличие
Диапазон температур	От +5 температуре окружающей среды до +65°C
Стабильность поддержания температуры, °C	± 0,1°C
Гомогенность температуры в камере при 37°C, °C	± 0,5°C
Принудительная система циркуляции воздуха	Наличие
Аудио-визуальная система тревоги при отклонении температуры от заданной, незакрытой двери	Наличие
Независимое устройство защиты от перегрева	Наличие
Таймер	От 1 мин до 99час 59 мин
Стальные перфорированные полки	Наличие
Количество полок	Не менее 4
Питание	230-240 В/50 Гц
Внешние габариты (ШхГхВ), мм	Не более 750х730х1430
Мощность, Вт	Не более 700
Вес, кг	Не более 160
Инструкция на русском языке	Наличие
Пусконаладочные работы	Наличие
Гарантия на оборудование	Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию