

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА  
РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита))**

Юридический адрес: улица Кржижановского, дом 29, корпус  
5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г.  
Муниципальный округ Котловка, город Москва, 117218  
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21  
E-mail: sue\_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru  
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,  
ИНН/КПП 7751023847/772701001

18.09.2023 № 18/8

Поставщикам, заинтересованным в  
поставке Товара

От:

Федеральное государственное автономное  
научное учреждение «Федеральный  
научный центр исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им.  
М.П. Чумакова РАН» (Институт  
полиомиелита) (ФГАНУ «ФНЦИРИП им.  
М.П. Чумакова РАН» (Институт  
полиомиелита)),  
117218, город Москва, вн.тер.г.  
Муниципальный округ Котловка, улица  
Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 3,  
помещение I, комната № 6,  
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

**Запрос о предоставлении коммерческого предложения**

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки реагентов и расходных материалов для научных исследований (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование товара	Требования, параметры	Ед. изм.	Кол-во
1	Наконечники универсальные удлиненные, 10 мкл, в штативе	Наконечники универсальные удлиненные для дозаторов в штативе. Наконечники должны быть совместимы с оборудованием Заказчика, а именно: - Дозатор 12-канальный переменного объема 0,5-10 мкл серии "Proline Plus", Sartorius, 728220 (инв. № И10134002713). Объем: 10 мкл Материал: полипропилен. Цвет: бесцветный, прозрачный. Фильтр: наличие. Стерильные, свободные от РНКаз, ДНКаз, апирогенные. В одном штативе 96 наконечников. В одной упаковке: не менее 2 штативов.	упак.	72
2	Наконечники универсальные, 20 мкл, в штативе, с фильтром	Наконечники универсальные для дозаторов в штативе. Наконечники должны быть совместимы с оборудованием Заказчика, а именно: - Дозатор механ. переменного объема одноканальный Research Plus 2-20 мкл, Eppendorf, 3120 000.038 (инв. № И10134002698). Объем: 20 мкл Материал: полипропилен.	упак.	56

		Цвет: бесцветный, прозрачный. Фильтр: наличие. Стерильные, свободные от РНКаз, ДНКаз, апирогенные. В одном штативе 96 наконечников. В одной упаковке: не менее 2 штативов.		
3	Микропробирки 0,2 мл	Микропробирки для ПЦР. Объем: 0,2 мл. Плоская крышка: оптически прозрачная. Форма дна: коническое. Материал: полипропилен. Апирогенные, не содержат ДНКаз, РНКаз: наличие В одной упаковке: не более 1000 штук.	шт	3 000
4	Система фильтрации, 1000 мл	Устройство для фильтрации в виде насадки на бутылки и приемного флакона. Объем: 1000 мл. Диаметр горловины флакона: 45 мм. Герметичность насадки за счет вакуума: соответствие. Фильтр: мембранный. Материал фильтра: ацетат целлюлозы. Диаметр пор фильтра: 0,22 мкм. Градуировка бутылки: наличие. Стерильная, в индивидуальной упаковке: соответствие.	шт	12
5	Система фильтрации, 500 мл	Устройство для фильтрации в виде насадки на бутылки и приемного флакона. Объем: 500 мл. Вариант горловины флакона: 45 мм. Герметичность насадки за счет вакуума: соответствие. Фильтр: мембранный. Материал фильтра: ацетат целлюлозы. Диаметр пор фильтра: 0,22 мкм. Стерильная, в индивидуальной упаковке: соответствие.	шт	12
6	Пипетка серологическая 10 мл	Серологическая пипетка. Объем: 10 мл. Фильтр: наличие. Материал: прозрачный полистирол. Цветовой код: оранжевый. Градуировка: наличие. Отрицательная шкала переполнения: наличие. Свободная от РНКаз, ДНКаз, апирогенная: наличие. Стерильная: наличие. Каждая пипетка индивидуально упакована: наличие.	шт.	4 000
7	Пипетка серологическая 25 мл	Серологическая пипетка. Объем: 25 мл. Фильтр: наличие. Материал: прозрачный полистирол. Цветовой код: красный. Градуировка: наличие. Отрицательная шкала переполнения: наличие. Свободная от РНКаз, ДНКаз, апирогенная: наличие. Стерильная: наличие. Каждая пипетка индивидуально упакована: наличие.	шт.	2 000



8	Планшет культуральный 24-луночный	<p>Планшет культуральный 24-луночный.          Тип: цельный планшет.          Крышка: наличие.          Материал: полистирол.          Форма дна: плоское.          Поверхность обработана для роста культур клеток: наличие.          Буквенно-цифровая нумерация каждой лунки: наличие.          Свободный от РНКаз, ДНКаз, апирогенный.          Стерильный: наличие.          В индивидуальной упаковке.</p>	шт.	600
9	Криоштатив	<p>Материал: поликарбонат.          Для криопробирок объемом в диапазоне: 1,0-2,0 мл.          Вместимость: 81 место.          Возможность размещения пробирок типа Эппендорф объемом: 1,5 мл.          Прозрачная крышка: наличие.          Вентиляционные отверстия в крышке и основании для равномерного охлаждения: наличие.          Цифровая маркировка мест под пробирки: наличие.          Возможность хранения в низкотемпературных морозильниках до: не более -90 С.          Возможность хранения в жидком азоте до: не более -196°С.</p>	шт.	300
10	Наконечники для нанесения на гель объемом до 100 мкл, в штативе	<p>Наконечники для нанесения на гель объемом до 100 мкл.          Совместимые с автоматическими дозаторами разных производителей.          Материал изготовления: не окрашенный полипропилен.          Должны выдерживать автоклавирование при стандартных условиях.          Тонкая уплощенная концевая часть: наличие.          Фильтр: наличие.          Стерильные: наличие.          Длина наконечника: не менее 50 мм.          В штативе: 96 наконечников.          В упаковке: не менее 2 штативов.</p>	упак	10
11	Предокрашенные маркеры молекулярной массы белков	<p>Стандарт белковый предокрашенный: соответствие.          Количество белков: не менее 10.          Диапазон молекулярных масс: не уже 10-250 кДа.          Референсные полосы розового цвета: 25, 50, 75 кДа.          Использование для мониторинга разделения белков в SDS-PAGE: соответствие.          Использование для определения молекулярного веса белков в SDS-PAGE: соответствие.          Использование для мониторинга эффективности переноса белков в вестерн-блоттинге: соответствие.          Использование для определения молекулярного веса белков в вестерн-блоттинге: соответствие.          Использование для флуоресцентного детектирования белков в вестерн-блоттинге: соответствие.          В одной упаковке: не менее 1,25 мл.</p>	упак	1

	В одной упаковке: не менее 250 реакций.		
--	---	--	--

**Срок поставки Товара:** со дня следующего за днем заключения Договора по 30 ноября 2023 г. Возможна поставка Товара партиями.

**Место поставки Товара:** 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** сентябрь - октябрь 2023 г.

**Требования к качеству и безопасности товаров:**

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

**Порядок поставки и приемки Товара**

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

**Порядок оплаты:** не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

**В стоимость товара включается:**

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплата таможенных и иных пошлин, налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий:**

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «18» сентября 2023 г. по «11» сентября 2023 г. включительно по адресу: [umto@chumakovs.su](mailto:umto@chumakovs.su). Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

*Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.*


*В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.*

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.*

*При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.*

*Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.*

Первый заместитель  
генерального директора

  
А.Ю. Афонин