

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

15.04.2024

№ 15/11

На № _____

от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке Товара

От:

Федеральное государственное
автономное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита) ФГАНУ «ФНЦИРИП
им. М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки запасных частей производственного оборудования ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование товара*	Характеристики товара*	Каталожный номер	Кол-во	Ед. изм.
1	Контроллер	Код для заказа: P15001040F Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв. № 00-009540, «Парогенератор чистого пара Finn-Aqua 4700 – Т», инв. № 00-012285	P15001040F	шт.	4
2	Контроллер	Код для заказа: P15000776F Запасная часть для оборудования «Генератор фармацевтического пара 4700-Т. Производитель: STERIS FINN-AQUA.», инв. № 10124000220	P15000776F	шт.	1
3	Контроллер	Код для заказа: P63521003F,0 Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв. № 00-009540	P63521003F,0	шт.	1
4	Контроллер	Код для заказа: P77501745F Запасная часть для оборудования «Парогенератор чистого пара Finn-Aqua 4700 – Т», инв. № 00-012285	P77501745F	шт.	1
5	Контроллер	Контроллер Siemens CENTRAL PROCESSING UNIT Код для заказа: P86790015F,0	P86790015F,0	шт.	2

		Запасная часть для оборудования «Стерилизатор проходной в комплекте», зав. № СОА42428, инв.№ 00-011869, «Стерилизатор», зав. № СОА41157, инв. 00-009564, «Стерилизатор», зав. № СОА41205, инв. 00-009563, «Стерилизатор мед.паровой», зав. № СОА42675, инв. № 00-011831, «Автоклав проходной», зав. № СОА42301, инв.№ 00-010976; «Стерилизатор Finn-Aqua Biotech GMP 6615D», зав. № СОА43276, инв. № 00-012070, «Стерилизатор», зав. № СОА42177, инв. № 00-012145, «Стерилизатор паровой "Стерис"», зав. № СОА43445 инв. № 00-012274 «Автоклав (стерилизатор) 6615-D», зав. № СОА43398, инв. № 00-012240			
6	Контроллер	Код для заказа: P15010530F Запасная часть для оборудования «Генератор фармацевтического пара 4700-Т. Производитель: STERIS FINN-AQUA.», инв. № 10124000220	P15010530F	шт.	2
7	Контроллер	Код для заказа: P15022274F Запчасть для оборудования «Парогенератор чистого пара Finn-Aqua 4700 – Т», инв. № 00-012285	P15022274F	шт.	2
8	Контроллер	Код для заказа: P15018337F Запасная часть для оборудования «Генератор фармацевтического пара 4700-Т. Производитель: STERIS FINN-AQUA.», инв. № 10124000220	P15018337F	шт.	2
9	Контроллер	Код для заказа: P15022273F Запасная часть для оборудования «Парогенератор чистого пара Finn-Aqua 4700 – Т», инв. № 00-012285	P15022273F	шт.	2
10	Центральный процессор	Код для заказа: 0000003099 Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв.№ 00-011545, «Стерилизатор медицинский сухожаровый», инв. № 00-010416, «Стерилизатор сухожаровой Lytzen в комплекте», инв. № 00-011845, «Стерилизатор сухожаровой», инв. № 00-010655	0000003099	шт.	1
11	Модуль дискретных выходов	Код для заказа: P15001039F Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв. № 00-009540	P15001039F	шт.	1
12	Модуль дискретных выходов	Код для заказа: P15000775F Модуль дискретных выходов Запасная часть для оборудования «Парогенератор чистого пара Finn-Aqua 4700 – Т», инв. № 00-012285	P15000775F	шт.	1
13	Модуль ввода сигнала	Код для заказа: P15022278F Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв. № 00-009540	P15022278F	шт.	1
14	Программируемый контроллер	Код для заказа: P15013535F Запасная часть для оборудования «Парогенератор чистого пара Finn-Aqua 4700 – Т», инв. № 00-012285	P15013535F	шт.	1
15	Преобразователь частоты	Преобразователь частоты Siemens AG Profinet unit Sinamics CU240D-2 PN		шт.	2

		Запасная часть для оборудования «Машина автоматическая инспекционная AIM 296», инв. № БП-012813			
16	Силовой модуль	Код для заказа: P15019242F Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв. № 00-009540	P15019242F	шт.	2
17	Преобразователь частоты	Преобразователь частоты Siemens AG frequency converter 3,0kW, G120D Запчасть для оборудования «Комплектная система хранения и распределения воды для инъекций (комплектация тз)», инв. № 10124000120		шт.	1
18	Блок питания	Код для заказа: P15015793F Запасная часть для оборудования «Генератор фармацевтического пара 4700-Т. Производитель: STERIS FINN- AQUA.», инв. № 10124000220	P15015793F	шт.	2
19	Преобразователь частоты с фильтром	Код для заказа: P15010493F Запасная часть для оборудования «Парогенератор чистого пара Finn-Aqua 4700 – Т», инв. № 00-012285	P15010493F	шт.	2
20	Центральный процессор	Код для заказа: P15019238F Запасная часть для оборудования «Стерилизатор сухожаровой Lytzen в комплекте», инв. № 00-011845, «Стерилизатор сухожаровой», инв. № 00- 010655	P15019238F	шт.	2
21	Выключатель автоматический для защиты электродвигателя	Код для заказа: P77501601F Запасная часть для оборудования «Стерилизатор проходной в комплекте», зав. № СОА42428, инв.№ 00-011869, «Стерилизатор», зав. № СОА41157, инв. 00-009564, «Стерилизатор», зав. № СОА41205, инв. 00-009563, «Стерилизатор мед.паровой», зав. № СОА42675, инв. № 00-011831, «Автоклав проходной», зав. № СОА42301, инв.№ 00-010976; «Стерилизатор Finn-Aqua Biotech GMP 6615D», зав. № СОА43276, инв. № 00- 012070, «Стерилизатор», зав. № СОА42177, инв. № 00-012145, «Стерилизатор паровой "Стерис"», зав. № СОА43445 инв. № 00-012274 «Автоклав (стерилизатор) 6615-D», зав. № СОА43398, инв. № 00-012240	P77501601F	шт.	3
22	SD-карта	Код для заказа: 0000001383 Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв.№ 00-011545, «Стерилизатор медицинский сухожаровый», инв. № 00-010416, «Стерилизатор сухожаровой Lytzen в комплекте», инв. № 00-011845, «Стерилизатор сухожаровой», инв. № 00- 010655	0000001383	шт.	1.
23	Блок питания	Код для заказа: P15010489F Запасная часть для оборудования «Стерилизатор Finn-Aqua Biotech GMP 6615D», зав. № СОА43276, инв. № 00- 012070, «Автоклав (стерилизатор) 6615- D», зав. № СОА43398, инв. № 00-012240, «Стерилизатор», зав. № СОА41157, инв. 00-009564,	P15010489F	шт.	4

		«Стерилизатор», зав. № С0А41205, инв. 00-009563, «Стерилизатор мед.паровой», зав. № С0А42675, инв. № 00-011831			
24	Модуль вывода дискретных сигналов Siemens 6ES7 322-1BL00-0AA0	Модуль вывода дискретных сигналов Siemens 6ES7 322-1BL00-0AA0 Производитель: SIEMENS Серия: Simatic S7-300 EAN код: 4025515060932 Код заказа: 6ES7322-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300, SM 322, 32 выхода =24В/0.5А, Сумм.КВРный выходной ток: 8А. Тип выходов: Транзисторы DO Запасная часть для оборудования «Парогенератор чистого пара Finn-Aqua 4700 – Т», инв. № 00-012285, «Генератор фармацевтического пара 4700-Т. Производитель: STERIS FINN-AQUA.», инв. № 10124000220	6ES7322-1BL00-0AA0	шт.	2
25	Базовая панель оператора	SIEMENS SINAMICS G120 Базовая панель оператора (BOP-2) Заказной номер (Art.): 6SL3255-A00-4CA1 Запасная часть для оборудования «Комплектная система хранения и распределения воды для инъекций (комплектация тз)», инв.№ 10124000120	6SL3255-A00-4CA1	шт.	1
26	Панель управления	6ES73152AH140AB0 SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP с встр. MPI, встр. блок питания: 24 В, 256 кбайт рабочей памяти Интерфейс: DP-MASTER/SLAVE Запасная часть для оборудования «Стерилизатор сухожаровой Lytzen в комплекте», инв. № 00-011845, «Стерилизатор сухожаровой», инв. № 00-010655	6ES73152AH140AB0	шт.	2
27	Модуль цифрового ввода	Код для заказа: 58701520 Запасная часть для оборудования «Этикетировочная машина. Машина для нанесения этикеток на ампулы и флаконы:ESA101», инв.№ 10124000299	58701520	шт.	3
28	Центральный процессор	Код для заказа: 58630502 Запасная часть для оборудования «Этикетировочная машина. Машина для нанесения этикеток на ампулы и флаконы:ESA101», инв.№ 10124000299	58630502	шт.	1
29	Модуль дискретных выходов	Код для заказа: 58701530 Запасная часть для оборудования «Этикетировочная машина. Машина для нанесения этикеток на ампулы и флаконы:ESA101», инв.№ 10124000299	58701530	шт.	3
30	Модуль ввода дискретных сигналов	Код для заказа: 0000001382 Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв.№ 00-011545, «Стерилизатор медицинский сухожаровый», инв. № 00-010416	0000001382	шт.	4
31	Фронтальный соединитель	Код для заказа: 0000001635 Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв.№ 00-011545, «Стерилизатор медицинский сухожаровый», инв. № 00-010416	0000001635	шт.	4
32	40-полюсный фронтальный	Код для заказа: 0000001636	0000001636	шт.	4

	соединитель для сигнальных модулей	Запасная часть для оборудования «Стерилизатор сухожаровой Lytzen в комплекте», инв. № 00-011845, «Стерилизатор сухожаровой», инв. № 00-010655			
33	Модуль вывода	Код для заказа: 0000001384 Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв.№ 00-011545, «Стерилизатор медицинский сухожаровый», инв. № 00-010416	0000001384	шт.	2
34	Модуль аналогового ввода	Код для заказа: 0000001385 Запасная часть для оборудования «Стерилизатор сухожаровой Lytzen в комплекте», инв. № 00-011845, «Стерилизатор сухожаровой», инв. № 00-010655	0000001385	шт.	2
35	Блок питания	Код для заказа: 0000002978 Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв.№ 00-011545, «Стерилизатор медицинский сухожаровый», инв. № 00-010416, «Стерилизатор сухожаровой Lytzen в комплекте», инв. № 00-011845, «Стерилизатор сухожаровой», инв. № 00-010655	0000002978	шт.	1
36	Промышленный неуправляемый коммутатор	Код для заказа: 0000003103 Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв.№ 00-011545, «Стерилизатор медицинский сухожаровый», инв. № 00-010416	0000003103	шт.	3
37	Профильная шина	Код для заказа: 0000001630 Запасная часть для оборудования «Стерилизатор сухожаровой Lytzen в комплекте», инв. № 00-011845, «Стерилизатор сухожаровой», инв. № 00-010655	0000001630	шт.	2
38	Программируемый контроллер	Код для заказа: 0000003116 Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв.№ 00-011545, «Стерилизатор медицинский сухожаровый», инв. № 00-010416	0000003116	шт.	2
39	Карта памяти Siemens	Код для заказа: 0000003319 Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв.№ 00-011545, «Стерилизатор медицинский сухожаровый», инв. № 00-010416, «Стерилизатор сухожаровой Lytzen в комплекте», инв. № 00-011845, «Стерилизатор сухожаровой», инв. № 00-010655	0000003319	шт.	1
40	Шинный соединитель	Код для заказа: 0000004026 Запасная часть для оборудования «Стерилизатор», инв.№ 00-011545, «Стерилизатор медицинский сухожаровый», инв. № 00-010416, «Стерилизатор сухожаровой Lytzen в комплекте», инв. № 00-011845, «Стерилизатор сухожаровой», инв. № 00-010655	0000004026	шт.	4

Место поставки Товара: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: 2024 г.

Требования к качеству и безопасности товаров:

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «15» 04 2024 г. по «19» 04 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

С уважением,

Первый заместитель генерального директора


А.Ю. Афонин