

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,  
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института  
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва,  
108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue\_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

26.09.2024

№ 26/1

На № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Поставщикам, заинтересованным в  
поставке центрифуги рефрижераторной  
напольной для нужд ФГАНУ  
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)

От: Федеральное государственное  
бюджетное научное учреждение  
«Федеральный научный центр  
исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им.  
М.П. Чумакова РАН» (ФГАНУ  
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)  
(Институт полиомиелита),  
108819, г. Москва, поселение  
Московский, посёлок Института  
полиомиелита, домовладение 8, корпус  
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

### Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки центрифуги рефрижераторной напольной (далее - Товар) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.**

Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Приложении № 1. Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены Товара. В частности, из содержания предложения должно однозначно определяться цена за единицу Товара. Просим обратить внимание на комплектацию, указанную в Техническом задании.

1. Поставка Товара включает в себя:

1.1. Производство/приобретение Товара;

1.2. Доставку (перевозку) Товара до помещений Заказчика;

1.3. Погрузочно-разгрузочные работы;

1.4. Установку Товара по адресу: Часть нежилого здания - основное строение (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, посёлок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23, этаж 3, помещение 352, отделение антирабической вакцины.

1.5. Пусконаладочные работы;

1.6. Монтаж Товара;

1.7. пусконаладочные работы;

1.8. Квалификационные работы монтажа, функционирования и эксплуатации;

1.9. Исполнение гарантийных обязательств.

2. Доставка (перевозка) Товара до складских помещений Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж Товара, пусконаладочные работы, квалификационные работы монтажа, функционирования и эксплуатации осуществляются силами и средствами Поставщика. Дата изготовления не ранее 2024 года.

3. В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; монтаж Товара, пусконаладочные работы, квалификационные работы монтажа, функционирования и эксплуатации; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара, предусмотренными п. 1. настоящего Запроса.

4. Основными требованиями к Товару являются соответствие его качеству и количеству, указанному в настоящем Техническом задании (Приложение к запросу коммерческих предложений).

#### **5. Условия поставки Товара**

5.1. Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, в частности, но не исключая, если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, на такие Товары предоставляются сертификаты/декларации соответствия и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида Товара и Техническим заданием.

#### **6. Гарантийные обязательства**

6.1. На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара, подписания Сторонами товарной накладной. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

7. **Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** октябрь 2024 г.

8. **Порядок оплаты:** Оплата осуществляется за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной, товарно-транспортной накладной, актов выполненных Работ, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.

9. **Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответы должны быть поданы с « 27 » сентября 2024 г. по « 03 » октября 2024 г. включительно по адресу: [umto@chumakovs.su](mailto:umto@chumakovs.su).

Участник вправе предоставить информацию, отражение которой в Технической документации или проекте договора было бы желательно.

*Рекомендуем при подаче заявок ссылаться на номер запроса о предоставлении коммерческих предложений.*

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.*

*При наличии технических ошибок и неточностей при описании содержания и объема Товара просим сообщить Заказчику.*


*Возможна поставка Товара эквивалентного указанному Заказчиком.*

**11. При предоставлении Коммерческого предложения рекомендуем воспользоваться формой:**

№ п/п	Наименование Товара	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед. (Рублей)	Сумма (Рублей)
1.	Центрифуга рефрижераторная напольная Thermo Scientific Heraeus Multifuge 4KR (или эквивалент), согласно требованиям и комплектации Приложения № 1.	1	Шт.		
<b>Итого:</b>					

Срок поставки Товара \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Первый заместитель генерального директора  
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)

  
Афонин А.Ю.



№	Наименование раздела	Информация
1	2	3
1.	Тип	Центрифуга рефрижераторная напольная
2.	Изготовитель	Thermo Scientific Heraeus Multifuge 4KR или эквивалент
3.	Количество	1 шт.
4.	Место установки	Часть нежилого здания - основное строение (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23, этаж 3, помещение 352, отделение антирабической вакцины
5.	Габаритные размеры	Габариты: Высота: $960 \pm 10$ мм; Ширина: $680 \pm 10$ мм; Глубина: $720 \pm 10$ мм.
6.	Масса	Масса без ротора: не более 286 кг
7.	Назначение и функциональные требования	Центрифуга рефрижераторная напольная предназначена для разделения компонентов методом относительного центробежного ускорения
8.	Особенности конструкции	Шасси из оцинкованной листовой стали с бронированной рабочей камерой. Рабочая камера: высококачественная сталь. Привод: бесщеточный индукционный привод. Система с микропроцессорным управлением. Идентификация ротора: автоматическая. Идентификация дисбаланса: электронная, срабатывание в зависимости от ротора и частоты вращения. Наличие функций: выбор значения RCF, регулирование температуры в режиме простоя, функция «PreTemp», импульсный прогон «PULSE». Наличие профилей ускорения не менее 9. Наличие профилей торможения не менее 9.
9.	Технические характеристики	Категория перенапряжения: II. Степень загрязнения: 2. Максимальное ускорение: не менее 13247 xg. Максимальная скорость вращения: не менее 10000 об/мин. Уровень шума: не более 61 дБ(А).
10.	Виды энергоносителей и их расход	Электропитание: $220 \pm 10\%$ В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 2,6 кВт.
11.	Необходимые документы	Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Регистрационное удостоверение. Сертификат качества.

		<p>Протоколы квалификации монтажа (IQ), функционирования (OQ) и эксплуатации (PQ).          Гарантия не менее 12 месяцев после ввода оборудования в эксплуатацию.          Документация должна быть предоставлена на бумажном носителе и в электронном виде на русском языке.</p>
12.	Необходимость в монтаже специалистами поставщика	Специалистами поставщика
13.	Необходимость в пуско-наладочных работах специалистами поставщика	Доставка, такелажная транспортировка до места установки, пусконаладочные работы производятся специалистами поставщика
14.	Необходимость в валидационных работах специалистами поставщика	Проведение квалификации монтажа, функционирования и эксплуатации специалистами поставщика
15.	Необходимость в обучении обслуживающего персонала специалистами поставщика/производителя	Не требуется
16.	Дополнительные требования	<p>В комплектацию должно входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- центрифуга Thermo Scientific Heraeus Multifuge 4KR кат. № 75004461 или эквивалент;</li> <li>- ротор Thermo Scientific LH-4000 с фиксированным углом 4400 об/мин к центрифуге кат. № 75006475 или эквивалент в количестве 1 шт.;</li> <li>- стаканы круглые 1000 мл к ротору кат. № 75006477 или эквивалент в количестве 4 шт.;</li> <li>- адаптеры для стаканов ротора центрифуги кат. № 75006496 или эквивалент в количестве 4 шт.</li> </ul> <p>Оборудование должно поставляться в заводской упаковке.</p> <p>Наличие на оборудовании и заводской упаковке товарного знака/заводской таблички изготовителя, с обязательным содержанием информации о модели и серийном номере оборудования.</p> <p>Замена оборудования ненадлежащего качества должна осуществляться силами, средствами и за счет поставщика.</p> <p>Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. Год выпуска не ранее 2024 г.</p> <p>Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее срока действия гарантии производителя оборудования, но не менее 12 месяцев.</p>