

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА  
РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита))**

Юридический адрес: улица Кржижановского, дом 29, корпус  
5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г.  
Муниципальный округ Котловка, город Москва, 117218  
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21  
E-mail: sue\_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru  
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,  
ИНН/КПП 7751023847/772701001

28.10.2024

№ 28/11

Поставщикам, заинтересованным в  
поставке Товара

От:  
Федеральное государственное автономное  
научное учреждение «Федеральный  
научный центр исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им.  
М.П. Чумакова РАН» (Институт  
полиомиелита) (ФГАНУ «ФНЦИРИП им.  
М.П. Чумакова РАН» (Институт  
полиомиелита)),  
117218, город Москва, вн.тер.г.  
Муниципальный округ Котловка, улица  
Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 3,  
помещение I, комната № 6,  
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

**Запрос о предоставлении коммерческого предложения**

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки холодильников фармацевтических (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование товара	Требования, параметры	Ед. изм.	Кол-во
1	Холодильник фармацевтический HAIER HYS-290 (или эквивалент)	Исполнение: вертикальное. Встроенный стеклопакет наружной двери: наличие. Климатический класс: не ниже N. Материал термоизоляции корпуса: пенополиуретан. Метод охлаждения: принудительное воздушное охлаждение. Хладагент: HC. Режим размораживания: автоматический. Рабочий температурный диапазон: +2 - + 8 °С. Шаг регулировки температуры: 0,1 °С. Блок управления: микропроцессорный. Дисплей: светодиодный. Объем холодильной камеры: не менее 290 л. Внутренние размеры (Ш x Г x В): не менее 500 x 520 x 1 050 мм и не более 550 x 575 x 1 100 мм. Внешние размеры (Ш x Г x В): не менее 650 x 700 x 1 650 мм и не более 670 x 730 x 1 670 мм. Количество полок: не менее 5.	шт.	1

		<p>Встроенный резервный аккумулятор: наличие.  Ролики: наличие.  USB-порт: наличие.  Замок: наличие.  Дистанционная сигнализация: наличие.  Виды сигнализации: световая и звуковая.  Возможность принудительного отключения звуковой сигнализации: наличие.  Сигнализация при превышении температуры выше заданной: наличие.  Сигнализация при понижении температуры ниже заданной: наличие.  Сигнализация о перебое в электропитании: наличие.  Сигнализация о неисправности датчика: наличие.  Сигнализация о низком заряде батареи: наличие.  Сигнализация о незакрытой двери: наличие.  Уровень шума: не выше 43 дБ.  Мощность: не менее 350 Вт.  Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: наличие.</p>		
2	Холодильник фармацевтический HAIER HYS-390 (или эквивалент)	<p>Исполнение: вертикальное.  Встроенный стеклопакет наружной двери: наличие.  Климатический класс: не ниже N.  Материал термоизоляции корпуса: пенополиуретан.  Метод охлаждения: принудительное воздушное охлаждение.  Хладагент: HC.  Режим размораживания: автоматический.  Рабочий температурный диапазон: +2 - + 8 °С.  Шаг регулировки температуры: 0,1 °С.  Блок управления: микропроцессорный.  Дисплей: светодиодный.  Объем холодильной камеры: не менее 390 л.  Внутренние размеры (Ш x Г x В): не менее 500 x 520 x 1 200 мм и не более 550 x 575 x 1 500 мм.  Внешние размеры (Ш x Г x В): не менее 650 x 700 x 1 750 мм и не более 670 x 730 x 2 000 мм.  Количество полок: не менее 7.  Встроенный резервный аккумулятор: наличие.  Ролики: наличие.  USB-порт: наличие.  Замок: наличие.  Дистанционная сигнализация: наличие.  Виды сигнализации: световая и звуковая.</p>	шт.	1

		<p>Возможность принудительного отключения звуковой сигнализации: наличие.</p> <p>Сигнализация при превышении температуры выше заданной: наличие.</p> <p>Сигнализация при понижении температуры ниже заданной: наличие.</p> <p>Сигнализация о перебое в электропитании: наличие.</p> <p>Сигнализация о неисправности датчика: наличие.</p> <p>Сигнализация о низком заряде батареи: наличие.</p> <p>Сигнализация о незакрытой двери: наличие.</p> <p>Уровень шума: не выше 45 дБ.</p> <p>Мощность: не менее 800 Вт.</p> <p>Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: наличие.</p>		
3	Холодильник фармацевтический с морозильной камерой Haier HUCD-282 (или эквивалент)	<p>Исполнение: вертикальное.</p> <p>Встроенный стеклопакет наружной двери: отсутствие.</p> <p>Двери: две сплошные.</p> <p>Климатический класс: не ниже N.</p> <p>Метод охлаждения холодильной камеры: принудительное воздушное охлаждение.</p> <p>Метод охлаждения морозильной камеры: прямое охлаждение.</p> <p>Хладагент: CFC Free.</p> <p>Режим размораживания холодильной камеры: автоматический.</p> <p>Режим размораживания морозильной камеры: ручной.</p> <p>Рабочий температурный диапазон холодильной камеры: +2 - + 8 °С.</p> <p>Рабочий температурный диапазон морозильной камеры: -10 - -40 °С.</p> <p>Блок управления: микропроцессорный.</p> <p>Дисплей: светодиодный, двойной.</p> <p>Объем холодильной камеры: не менее 185 л.</p> <p>Объем морозильной камеры: не менее 97 л.</p> <p>Внутренние размеры (Ш x Г x В) холодильной камеры: не менее 550 x 500 x 700 мм и не более 620 x 550 x 750 мм.</p> <p>Внутренние размеры (Ш x Г x В) морозильной камеры: не менее 500 x 450 x 410 мм и не более 550 x 500 x 460 мм.</p> <p>Внешние размеры (Ш x Г x В): не менее 700 x 620 x 1 790 мм и не более 770 x 690 x 1 830 мм.</p>	шт.	2



	<p>Количество полок в холодильной камере: не менее 3.</p> <p>Количество корзин в холодильной камере: не менее 1.</p> <p>Количество корзин в морозильной камере: не менее 2.</p> <p>Встроенный резервный аккумулятор: наличие.</p> <p>Ролики: наличие.</p> <p>USB-порт: наличие.</p> <p>Замок: наличие.</p> <p>Дистанционная сигнализация: наличие.</p> <p>Виды сигнализации: световая и звуковая.</p> <p>Сигнализация при превышении температуры выше заданной: наличие.</p> <p>Сигнализация при понижении температуры ниже заданной: наличие.</p> <p>Сигнализация о перебое в электропитании: наличие.</p> <p>Сигнализация о неисправности датчика: наличие.</p> <p>Сигнализация о низком заряде батареи: наличие.</p> <p>Сигнализация о незакрытой двери: наличие.</p> <p>Автоматическая запись температурных параметров за период 1 месяц: наличие.</p> <p>Уровень шума: не выше 43 дБ.</p> <p>Мощность: не менее 400 Вт.</p> <p>Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: наличие.</p>		
--	--	--	--

**Срок поставки Товара:** \_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора. *Срок поставки Товара необходимо указать в коммерческом предложении.*

**Место поставки Товара:** 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, владение 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** ноябрь 2024 г.

**Требования к качеству и безопасности товаров:**

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

**Порядок поставки и приемки Товара**

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

**Порядок оплаты:** не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара и подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

**В стоимость товара включается:**

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплата таможенных и иных пошлин, налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий:**

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «28» сентября 2024 г. по «31» сентября 2024 г. включительно по адресу: [umto@chumakovs.su](mailto:umto@chumakovs.su). Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

*Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.*

*В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.*

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.*

*При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.*

*Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.*

Первый заместитель  
генерального директора

  
А.Ю. Афонин