

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ _____

На № 10/6

от 10.12.24.

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки термометр (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№	Наименование Товара	Характеристики	Ед. изм.	Количество
1	Термогигрометр testo 608-N2 с функцией сигнализации арт. 0560 6082 (с поверкой)	Диапазон измерения температуры, °C -10 + 70 Тип прибора: Портативный Рабочая температура, °C: -10 + 70 Измерение давления: Нет Диапазон измерений влажности: не уже от 15 до 85 % относительной влажности Погрешность: не более ±3 % влажности Соединение с компьютером: Нет Габаритные размеры, мм: 111x90x40 Вес нетто, кг: 0.168 Дисплей ЖК-Двустрочный Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 8.547-2009 и ГОСТ 8.558-2009 Комплект поставки: Термогигрометр (вкл. элементы питания), Свидетельство об утверждении типа средства измерения. Свидетельство о поверке, проведенной на территории РФ. Методика поверки. Руководство по эксплуатации на русском языке. Описание типа средства измерения	шт	50

Поставщикам, заинтересованным в поставке Товара

От:

Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), 108819, г. Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

		Товар должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений. Остаточный срок поверки Товара, как средства измерения, должен составлять не менее 6 (шести) месяцев на дату поставки Товара Заказчику.		
2	Термометр электронный Amigus AMDT-11 с атравматическим мягким наконечником (с поверкой)	<p>Дисплей ЖК увеличенный дисплей, цена наименьшего разряда 0,1°C; Стекло специальной формы для удобства считывания показаний. Корпус Влагостойкий, ударопрочный Гибкий наконечник да Подсветка нет Размер термометра (ВхШхД) 13х23х139 мм Размер ЖК дисплея 22х10 мм Кнопка включения да Диапазон измерения 32,0 до 42,0 °С Индикатор повышенной температуры нет Звуковой сигнал после включения ~ 1 секунда Звуковой сигнал по окончании измерения ~ 4 секунды после измерения Звуковой сигнал при повышенной t° ~ 4 секунды при t° выше 37,8°C Точность измерения и погрешность ±0,1 Память на 1 измерение Самодиагностика при включении термометра индикация ошибки при t° ниже 32,0°C индикация ошибки при t° выше 42,0°C Частый звуковой сигнал при t° выше 37,8°C Индикация разрядки источника питания Число разрядов индикатора 3 Энергосберегающий режим Автоматическое отключение термометра через 9 минут после окончания измерения Масса 11 г Питание 1,5В (LR41, L736) Потребляемая мощность 0,15 мВт Первичная поверка в паспорте прибора с отметкой года выпуска термометра. Товар должен быть утвержденного типа, внесен в Государственный реестр средств измерений. Свидетельство об утверждении типа средства измерения. Руководство по эксплуатации Остаточный срок поверки Товара, как средства измерения, должен составлять не менее 6 (шести) месяцев на дату поставки Товара Заказчику.</p>	шт	10
3	Термометр ТП-11М с держателем на пластмассовой основе для рефрижераторов (с поверкой)	<p>Диапазон измерения температуры не уже: -35...+50 °С Длина мм: не более 160 Материал: Стекло Погружение: Полное Цена деления: 1°C Термометрическая жидкость: толуол</p>	шт	50

		<p>Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 28498-90</p> <p>Первичная поверка в паспорте прибора с отметкой года выпуска термометра.</p> <p>Товар должен быть утвержденного типа, внесен в Государственный реестр средств измерений.</p> <p>Свидетельство об утверждении типа средства измерения.</p> <p>Руководство по эксплуатации</p> <p>Остаточный срок поверки Товара, как средства измерения, должен составлять не менее 6 (шести) месяцев на дату поставки Товара Заказчику.</p>		
--	--	--	--	--

2. Поставка Товара включает в себя:

- производство/приобретение Товара;
- доставку до производственных помещений Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- сборка товара;
- пуско-наладочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

2.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

2.2. Адрес поставки Товара: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, дом. 8, корпус 1.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; сборка товара; пуско-наладочные работы, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: 2024 г.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы

товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «10» декабря 2024 г. по «12» декабря 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.

Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.

Первый заместитель генерального директора _____ /А.Ю. Афонин/