

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный
округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

14.09.2026

№ 14/5

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на поставку лабораторной мебели (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3, Протоколом от 26.06.2026 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: сентябрь - октябрь 2026 года.

Поставщикам (исполнителям, подрядчикам),
заинтересованным в поставке товара (выполнении работ,
оказании услуг)

Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Товара	Описание, характеристики Товара	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Тумба подкатная	Назначение: для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря. Внешние габариты (Д x Г x В): не менее 400 x 505 x 766 мм и не более 510 x 515 x 776 мм. Корпус должен быть выполнен из листового холоднокатаного металла толщиной не менее 1 мм. Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи. Цвет: светло-серый. Количество ящиков: не менее 4 шт. Ящики должны быть оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения. Глубина каждого ящика: не менее 100 мм. Фасады ящиков, должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной не менее 1 мм. Ручки на ящиках: хромированные длиной рейлинг не менее 288 мм. Тумба должна быть установлена на колесные опоры диаметром не менее 50 мм.	шт.	4	31.09.11.190	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 138 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

2	Стол лабораторный тип 1	Каркас: металлический. Габаритные размеры (Д х Г х В): не менее 1 200 х 600 х 900 мм и не более 1 250 х 650 х 950 мм. Каркас стола должен быть изготовлен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения не менее 60 х 30 х 2 мм, и трубы квадратного сечения не менее 30 х 30 х 1,5 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатаного листа толщиной не менее 1 мм. Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполизэфирной порошковой краской отверждаемой в печи. Цвет каркаса стола: светло-серый. Каркас стола должен быть разборный. Боковые опоры стола должны быть "С"-образного вида. Опорные ноги стола должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты, для компенсации неровностей полов при установке. Опоры должны иметь возможность регулировки по высоте не менее 20 мм. Винты опор должны быть стальные, с гальваническим покрытием, снизу должно быть пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. Рабочая поверхность (столешница): монолитная бесшовная керамика толщиной не менее 19 мм. Столешница должна быть устойчива к длительному воздействию концентрированных	шт.	1	31.09.11.190	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 138 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
---	-------------------------	---	-----	---	--------------	---

		кислот, щелочей и органических растворителей, дезинфицирующих растворов, красителей. Столешница должна выдерживать длительное воздействие высоких температур.				
3	Стол лабораторный тип 2	Каркас: металлический. Габаритные размеры (Д x Г x В): не менее 1 500 x 600 x 900 мм и не более 1 550 x 650 x 950 мм. Каркас стола должен быть изготовлен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения не менее 60 x 30 x 2 мм, и трубы квадратного сечения не менее 30 x 30 x 1,5 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатаного листа толщиной не менее 1 мм. Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи. Цвет каркаса стола: светло-серый. Каркас стола должен быть разборный. Боковые опоры стола должны быть "С"-образного вида. Опорные ноги стола должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты, для компенсирования неровностей полов при установке. Опоры должны иметь возможность регулировки по высоте не менее 20 мм. Винты опор должны быть стальные, с гальваническим покрытием, снизу должно быть	шт.	1	31.09.11.190	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 138 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. Рабочая поверхность (столешница): монолитная бесшовная керамика толщиной не менее 19 мм. Столешница должна быть устойчива к длительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей, дезинфицирующих растворов, красителей. Столешница должна выдерживать длительное воздействие высоких температур.				
4	Стол-мойка	Тип: одинарная цельнометаллическая. Габаритные размеры (Д x Г x В): не менее 800 x 600 x 900 мм и не более 850 x 650 x 950 мм. Каркас стола - мойки должен быть изготовлен из металлической профильной трубы квадратного сечения не менее 30 x 30 x 1,5 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатаного листа толщиной не менее 1 мм. Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи. Цвет каркаса стола - мойки: светло-серый. Рабочая поверхность: единый блок столешница и одна чаши глубиной не менее 160 мм из высоколегированной нержавеющей стали. Цвет рабочей поверхности: светло-серый. Две двери тумбы должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной не менее 1 мм.	шт.	1	31.09.11.190	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 138 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Петли должны быть регулируемые и позволять менять положение дверей в не менее чем трех направлениях. На дверях должны быть установлены ручки рейлинг. Регулируемые ножки-опоры: наличие. Ножки стола – мойки должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсации неровностей полов при установке. Опоры должны давать возможность регулировки по высоте не менее 20 мм. Винты опор должны быть стальные, с гальваническим покрытием, снизу должны иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. В комплекте должно входить: гибкая подводка для воды не менее 2 шт., сифон для подключения к фановой трубе, смеситель для воды.				
--	--	--	--	--	--	--

Основные условия исполнения договора:

Поставка Товара включает в себя:

- приобретение/изготовление Товара;
- тару, упаковку Товара;
- доставку (перевозку) Товара до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

Доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и средствами Поставщика.

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), Товар не должен иметь механических повреждений и должен соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

Адрес поставки Товара: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Срок поставки Товара: в течение _____ (указать срок поставки) дней.

В стоимость Товара включаются все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе: приобретение/ изготовление Товара, тара, упаковка Товара, доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, исполнение гарантийных обязательств, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,

На Товар, Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара, является день получения Товара, и подписания Заказчиком универсального передаточного документа (УПД).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании подписанного Сторонами универсального передаточного документа (УПД) на поставленный Товар, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Товара. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Товара за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Товара *	Описание, характеристики Товара (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик,	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Наименование страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) ²	Номер реестровой записи и информация из реестров (в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1875) **, ***, ****	Срок поставки Товара
-------	-----------------------	---	----------	--------	---	---	---	--	----------------------

² Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

		установленных Заказчиком и(или) в случае, если предложен эквивалентный товар)							
1	Тумба подкатная		шт.	4				не требуется	
2	Стол лабораторный тип 1		шт.	1				не требуется	
3	Стол лабораторный тип 2		шт.	1				не требуется	
4	Стол-мойка		шт.	1				не требуется	
Итого с учетом НДС_%							-	-	-

* указывается в том числе артикул, торговый знак, модель, производитель - при наличии.

** особенности предоставления национального режима, установленные Постановлением № 1875 и Положением о закупке.

*** информация о совокупном количестве баллов, установленная абзацем. 2 подпунктом «а» пунктом 3 Постановления № 1875 не применяется в случаях, указанных в подпункте «н» пункта 10 Постановления № 1875.

**** до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров, указанных в приложениях № 1 - 2 к Постановлению № 1875, путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров.

Положения, касающиеся товара российского происхождения, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза.

Ответы должны быть поданы с «14» сентября 2026 года по «17» сентября 2026 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)



А.Ю. Афонин