

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; <http://www.chumakovs.ru>
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

26.02.2020

№ 26/4

На № _____

от _____

Исполнителям, заинтересованным в
оказании Услуг

От:
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении ценовой информации

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки на оказание услуг по техническому обслуживанию анализатора культуральной жидкости клеток (автоматический) со стартовым набором реагентов, Nova Biomedical, (инв.№ 10124000109, сер. № TO851905ON) для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о стоимости Услуг в соответствии с предлагаемой ниже информацией.

1. Требования и характеристики оказываемых услуг.
- 2.

№ п/п	Наименование Услуг	Основные результаты оказанных Услуг
1	Услуги по техническому обслуживанию анализатора культуральной жидкости клеток (автоматический) со стартовым набором реагентов, Nova Biomedical, (серийный № TO851905ON, инвентарный № 10124000109).	Акт о проведении технического обслуживания

3. Характеристики оказываемых Услуг.

3.1. Техническое обслуживание анализатора культуральной жидкости клеток (автоматический) со стартовым набором реагентов, Nova Biomedical, (серийный № TO851905ON, инвентарный № 10124000109) (далее – Анализатор) должно проводиться не реже одного раза в квартал. Периодичность оказания услуг установлена в Таблица № 1.

Периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию Оборудования

Таблица № 1

Перечень услуг	Периодичность обслуживания
Осмотр и проверка анализатора, в том числе измерительных сенсоров в процессе его работы с соответствующим оформлением протокола.	1 раз в 3 месяца
Проверка качества заземления.	1 раз в 6 месяцев
Проверка и регулировка электрических цепей.	1 раз в 3 месяца
Чистка поверхностей внутри корпуса, движущихся механизмов, гидравлических систем.	1 раз в 6 месяцев
Промывка гидравлической системы прибора.	1 раз в 3 месяца
Проверка герметичности гидравлических соединений проверка работы насосов.	1 раз в 3 месяца
Проведение контрольного измерения. При необходимости - серии измерений. Приведение в соответствие калибровочных коэффициентов к требуемому диапазону. Калибровка в соответствии с методикой завода – изготовителя Анализатора.	1 раз в 3 месяца
Чистка, смазка механизмов узла пробоотборника.	1 раз в 3 месяца
Проверка состояния источника бесперебойного питания.	1 раз в 6 месяцев
Выезд инженера при экстренных ситуациях	

3.2. Техническое обслуживание должно быть достаточным для обеспечения бесперебойной эксплуатации Анализатора и включает в себя:

1) Осмотр и проверка анализатора, в том числе измерительных сенсоров в процессе его работы с соответствующим оформлением протокола;

2) Проверка качества заземления;

3) Проверка и регулировка электрических цепей;

4) Чистка поверхностей внутри корпуса, движущихся механизмов, гидравлических систем;

5) Промывка гидравлической системы прибора;

6) Проверка герметичности гидравлических соединений проверка работы насосов;

7) Проведение контрольного измерения. При необходимости - серии измерений. Приведение в соответствие калибровочных коэффициентов к требуемому диапазону. Калибровка, в соответствии с методикой завода – изготовителя Анализатора;

8) Чистка, смазка механизмов узла пробоотборника;

9) Проверка состояния источника бесперебойного питания;

10) Выезд инженера при экстренных ситуациях.

11) Проверка системы в соответствии с методикой завода – изготовителя системы.

4. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования следующих нормативных документов:

- Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения";

- ГОСТ Р 52249-2009 Правила производства и контроля качества лекарственных средств;

5. Требования к Исполнителю: Исполнитель должен быть официальным представителем компании-изготовителя Системы.

Работники Исполнителя должны быть обучены по программе компании-изготовителя системы.

6. Место оказания услуг: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8 корпус 9.

Стоимость Услуг включает в себя:

- расходы Исполнителя на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и иных обязательных платежей;

- расходы на все необходимые расходные материалы, оборудование и т.д., используемые Исполнителем при оказании Услуг.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: март 2020 г.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата будет производиться за фактически оказанные Услуги, в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, а также получения Заказчиком от Исполнителя, счета на оплату, счета-фактуры.

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены Услуг.

Ответы должны быть поданы с «16» 02 2020 г. по «3» 03 2020 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.ru. Рекомендуем в теме письма указать номер запроса ценовых предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании технических характеристик просим сообщить Заказчику.

С уважением,

Первый заместитель
генерального директора



А.Ю. Афонин